

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждане на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система от течен хроматограф с масспектрометър LC/MS за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София”

На 05.01.2015г. се проведе заседание на комисията назначена със Заповед № РК 36 - 2883 от 16.12.2014г. на Ректора на Медицински Университет - София, за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система от течен хроматограф с масспектрометър LC/MS за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София”, открита с Решение № РК 36-2343 от 04.11.2014 г. на Ректора на Медицински Университет - София и обявление с изх. № 5631/04.11.2014г., вписана в регистъра на АОП под уникален № 00398-2014-0026.

Комисията заседаваше в основния си състав, а именно:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.Параскев Недялков, дф - ФФ

ЧЛЕНОВЕ: 1. проф. Александър Златков, дф- ФФ

2. доц. Милен Димитров, дф- ФФ

3. Марта Генсузова – Р-тел отдел „ОП” при Ректората на МУ – София

4. Мариела Гинзерова – Гл.юрисконсулт при Ректората на МУ - София

5. Розалия Балдаранова – Икономист ОП в отдел „ОП” при Ректората на МУ -

София

6.инж. Бойко Белчев Колев – квалификация: Машинен инженер

От посоченото в протокол № 1 от 18.12.2014 г. е видно, че комисията не установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя и допуска до разглеждане на Плик № 2 «Предложение за изпълнение на поръчката» участника «АСМ 2»ЕООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на Плик № 2 «Предложение за изпълнение на поръчката» от офертата на «АСМ 2»ЕООД, заедно със становище № 2 на експертите в комисията, неразделна част от настоящия протокол, за съответствието на документите от плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” от подадената оферта със заложените от Възложителя технически спецификации и изисквания в документацията за участие, както и проверка на съответствието на предлаганата система с предложените модели на елементите и модулите на системата във фирмените каталози /брошури/ - представени в плик № 1.

Предложението на участника съдържа исканите от Възложителя документи, попълнени и оформени по описания от Възложителя начин: техническо предложение /по образец №2/ със срок за изпълнение – 55 /петдесет и пет/ календарни дни от сключване на договор, гаранционен срок 24 /двадесет и четири/ месеца и валидност на офертата 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; таблица за техническо съответствие /по образец 2а/ и декларация за съответствие и гаранционно обслужване /по Образец № 8/.

Бяха разгледани и съпоставени с таблицата за техническо съответствие, представените в плик № 1 фирмени каталози /брошури/.

След подробно разглеждане и обсъждане на представените документи в Плик № 2 «Предложение за изпълнение на поръчката» от офертата на «АСМ 2»ЕООД комисията установи, че предложението на «АСМ 2»ЕООД **ОТГОВАРЯ** на изискванията на Възложителя.

В резултат на извършените действия по разглеждане на съответствието на документите в Плик № 2- „Предложение за изпълнение на поръчката” и съпоставянето им с представените в Плик №1 фирмени каталози / брошури/ и с изискванията на Възложителя, комисията констатира и реши: Допуска до отваряне на Плик № 3 – „Предлагана цена“ участника "АСМ2"ЕООД.







Комисията насрочи следващото си публично заседание за отваряне на Плик №3 - „Предлагана цена” на допуснатия участник за **12.01.2015 г./понеделник/ от 9.15 часа.**

На основание чл. 69а ал. 3 от ЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, представящи пълномощно/оригинал или заверено от участника копие/, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участниците ще бъдат уведомени по факс за датата и часа за отваряне на **Плик № 3- «Предлагана цена»**, като съобщение за това ще бъде качено в Профил на купувача на Медицински университет-София: <http://pk.mu-sofia.bg/> към електронното досие на настоящата процедура /00398-2014-0026/.

Настоящият протокол е изготвен и подписан на 06.01.2015г. За верността на гореизложеното, комисията се подписва в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.П.Недялков,дф.....

ЧЛЕНОВЕ:

- 1.проф. Ал.Златков, дф.....
2. доц. М.Димитров, дф.....
3. Марта Генсузова.....
4. Мариела Гинзерова.....
5. Розалия Балдаранова.....
- 6.инж. Бойко Белчев Колев.....

СТАНОВИЩЕ №2

От експертите в комисията за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система от течен хроматограф с маспектрометър LC/MS за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София“, относно съответствие на документите от плик №2 от подадената оферта със заложените от Възложителя технически спецификации, както и проверка на съответствието на зададената система, с предложената система в приложените фирмени брошури /каталози/, представени в плик №1

При разглеждане на оферираниите от участника "АСМ2" ЕООД технически спецификации в плик №2, както и проверка на съответствието на предлаганата система с предложените модели на елементите и модулите на системата в приложените фирмени каталози (брошури), представени в плик №1, констатирахме следното:

1. Участникът е оферирал маспектрометрична система модел Q Exactive Plus с включена опция подобрена разделителна способност (Enhanced Resolution Mode); система за високоефективна течна хроматография (HPLC) Dionex модел UltiMate 3000RSLC, състояща се от следните модули: бинерна двубутална помпа с градиентно смесване при високо налягане модел HPG-3400RS, 6-канален микро вакуум-дегазер, интегриран в поставка за разтворители модел SRD-3600, аутосемплър WPS-3000TSL, колонен термостат модел TCC-3000RS; азотен генератор модел Genius 1022, всички производство на Thermo Fisher Scientific, и непрекъсваема токозахранваща система марка RIELLO UPS модел Sentinel Power Green SPH 8+ 8000 VA, производство на RPS S.p.A., Италия;
2. Предложението на участника "АСМ2" ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя.


Изготвили становището:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. Параскев Недялков

ЧЛЕНОВЕ: 1. проф. Александър Златков

2. доц. Милен Димитров

3. Инж. Бойко Колев



5.01.2015 г.

гр. София