

## ПРОТОКОЛ №2

**за разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София”**

На 16.02.2015 г. се проведе заседание на комисията назначена със Заповед № РК 36 - 53 от 20.01.2015 г. на Ректора на Медицински Университет - София, за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София”, открита с Решение № РК 36-2776 от 08.12.2014 г. на Ректора на Медицински Университет - София и обявление с изх. № 6176/08.12.2014г., вписана в регистъра на АОП под уникален №00398-2014-0027.

Комисията заседаваше в основния си състав, а именно:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** д-р Димитър Киров, доктор - гл. асистент в Катедра по Протетична дентална медицина към ФДМ – София, квалификация – лекар по дентална медицина.

**ЧЛЕНОВЕ:**

- 1 Марта Генсузова - Р-тел отдел „ОП” при Ректората на МУ – София, квалификация – икономист;
2. Димитър Пиперов - мл. юрисконсулт във ФДМ – София, квалификация – юрист;
3. Розалия Балдаранова - Икономист ОП в отдел „ОП” при Ректората на МУ – София, квалификация – икономист;
4. Юрий Виденов - ръководител сектор „Ремонт и поддръжка дентална техника и стерилизационна (РПДТС)” във ФДМ – София, квалификация - машинен техник.

От посоченото в протокол № 1 от 24.01.2015 г. е видно, че комисията не установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя и допуска до разглеждане на Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” участника „Медикал депо РИК“ ООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника „Медикал депо РИК“ ООД, заедно със становище № 2 на експертите в комисията за съответствието на документите от плик №2 от подадената оферта със заложените от Възложителя технически спецификации; проверка на съответствието на предлаганите дентални юнити с денталните юнити в приложените фирмени каталози (брошури), представени в плик № 1 и проверка на съответствието им с изискванията на Възложителя, както и проверка на съответствието на посочените в офертата мостри с предлаганите дентални юнити и с изискванията на Възложителя.

Становище № 2 на експертите в комисията е неразделна част от настоящия протокол.

Предложението на участника съдържа исканите от Възложителя документи, попълнени и оформени по описания от Възложителя начин: техническо предложение /по образец №2/

със срок за изпълнение - 30 /тридесет / календарни дни от сключване на договора, гаранционен срок 72 /седемдесет и два/ месеца и валидност на офертата 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; таблица за техническо съответствие /по образец 2а/ и декларация за съответствие и гаранционно обслужване /по Образец № 8/.

Комисията се запозна обстойно със становище № 2 на експертите в комисията, като разгледа и обсъди цитираните в него документи и резултата от направения оглед на посочените в офертата на участника мостри и установи следното:

Описанието на предложените в таблицата за техническо съответствие дентални юнити отговаря на изискванията на Възложителя.

Представените в плик № 1 от офертата на участника фирмени каталози /брошури/ и характеристиките в тях съответстват на предложените дентални юнити в таблицата за техническо съответствие /образец № 2а/ от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

При извършения оглед на посочените в офертата на участника мостри на предлаганите от него дентални юнити, на посочения в офертата адрес за оглед – гр.София, бул.“Президент Линкълн“№ 52, експертите от комисията установиха, че мострите са произведени от производителя, посочен в офертата на участника и че същите отговарят на характеристиките на денталните юнити, посочени от участника, в таблицата за техническо съответствие /образец № 2а/ от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“

В контекста на гореизложеното комисията счита, че документите и информацията от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ отговаря на изискванията на Възложителя, както и посочените в офертата мостри отговарят на изискванията му.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на „Медикал депо РиК“ ООД:


Критерият за оценка в настоящата процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с показатели П1 – Предложена цена и П2 – гаранционен срок, посочени в обявлението за поръчката и документацията за участие. Предвид това комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на офертата на „Медикал депо РиК“ ООД по отношение на предложени гаранционен срок. Оценяването се извърши в съответствие с Приложение № 3 от документацията – методика за оценка. Офертата на „Медикал депо РиК“ ООД е единствената подадена и допусната до разглеждане на Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”. Предвид горното предложението от „Медикал депо РиК“ ООД гаранционен срок е най-дългият предложен гаранционен срок и като такъв получава максималният брой точки – Тг.с. = 100 точки. След прилагане на заложената в методиката формула за оценка по втория показател -  $P2 = Тг.с. \times 0.40$ , където 0.40 е относителното тегло на показателя от комплексната оценка, комисията, след направеното изчисление  $P2 = 100 \times 0.40 = 40$  точки, оценява офертата на участника по показател П 2 с 40 точки.

Комисията насрочи следващото си публично заседание за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ на допуснатия участник за **25.02.2015 г./сряда/ от 10:00 часа.**





На основание чл. 69а ал. 3 от ЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, представящи пълномощно/оригинал или заверено от участника копие/, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участникът ще бъде уведомен за датата и часа за отваряне на Плик № 3 - „Предлагана цена“, като съобщение за това ще бъде качено в Профил на

купувача на Медицински университет-София: <http://pk.mu-sofia.bg/> към електронното досие на настоящата процедура /00398-2014-0027/.

Протоколът е изготвен на 16.02.2015 г. За верността на гореизложеното, комисията се подписва както следва:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** д-р Димитър Киров ..... 

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Марта Генсузова ..... 
2. Димитър Пиперов ..... 
3. Розалия Балдаранова ..... 
4. Юрий Виденов ..... 

## СТАНОВИЩЕ № 2

от експертите в комисията за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София”, относно съответствие на документите от плик №2 от подадената оферта със заложените от Възложителя технически спецификации; проверка на съответствието на предлаганите дентални юнити с денталните юнити в приложените фирмени каталози (брошури), представени в плик № 1 и проверка на съответствието им с изискванията на Възложителя, както и проверка на съответствието на посочените мостри в офертата на участника с предлаганите дентални юнити и с изискванията на Възложителя

При разглеждане на офериранияте от участника „Медикал депо РИК“ ООД технически спецификации в плик № 2, както и проверка на съответствието на предлаганите дентални юнити с денталните юнити в приложените фирмени каталози (брошури), представени в плик № 1 и проверка на съответствието им с изискванията на Възложителя и след оглед на посочените в офертата мостри, констатирахме следното:

1. Участникът е оферирал дентални юнити производство на „Cefla “ S.C. Италия, серия „Anthos”, модел „А5” и периферни устройства от същия производител и от „Elca Technologies” S.r.l. , Италия, част от групата „Cefla “ S.C. Италия;
2. Описанието на предложените дентални юнити в таблицата за техническо съответствие Образец 2а отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Представените в плик № 1 фирмени каталози (брошури) и характеристиките в тях съответстват на предложените дентални юнити в таблицата за техническо съответствие Образец 2а от Плик2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

На 10.02.2015г. извършихме оглед на посочените в офертата на „Медикал депо РИК“ ООД мостри на предлаганите от него дентални юнити. Огледът се извърши на посочения в офертата на участника адрес за оглед – гр. София, бул. „Президент Линкълн“ № 52. Мострите са от произведени от производителя посочен в офертата на участника, като същите отговарят на посочените от участника характеристики в Таблица за техническо съответствие (Образец № 2а), както и на всички изисквания на Възложителя.

Документите представени от участника „Медикал депо РИК“ ООД в плик № 2, фирмените каталози (брошури), представени в плик № 1, както и посочените мостри на предлаганите дентални юнити отговарят на изискванията на Възложителя.

Изготвили становището:

1. д-р Димитър Киров .....
2. Юрий Виденов .....

16.02.2015 г.