

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

София 1431, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ 15, тел. 02/ 952 3791, 02/ 9152 129
факс 02/ 953 2816, e-mail: medun_rector@abv.bg, rector@mu-sofia.bg, www.mu-sofia.bg



РЕКТОРАТ

№ 6490 Дата 23.12.14г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, открита с Решение № РК 36-2776/08.12.2014г. на Ректора на МУ-София с предмет: „**Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София**“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване за открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС 1:

Предвид предмета на поръчката - доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, и предвид обема на поръчката от 50 броя дентални юнити, считам че срока за нейното изпълнение до 30 календарни дни е технически неизпълним. Какво налага такъв нереалистичен срок, което може се отрази на качеството на изпълнението ?

ОТГОВОР:

Срок от 30 календарни дни не е кратък и нереалистичен за доставка, това не са 2-3 дни, а ФДМ има спешна необходимост от доставка на допълнителни количества дентални юнити за новообособени учебни зали.

ВЪПРОС 2:

Времето за гаранционен ремонт от Изпълнителя до 20 дни при необходимост от поръчка на резервна част е прекалено дълъг и неизгоден за Възложителя. Престой от 20 дни е икономически катастрофален за всеки зъболекар, клиника, факултет. Изпълнителят е длъжен да има на склад достатъчно резервни части, когато изпълнява такава голяма и отговорна поръчка и да отстрани повредата до 3 дни .

ОТГОВОР:

Времето за ремонт съгласно условията в процедурата е до 3 дни, а само при необходимост от поръчка на резервни части, които ги няма на склад е до 20 дни. Възложителят не счита, че това ще се превърне в масова практика да се доставят резервни части при всеки ремонт, защото изпълнител който може да достави 50 броя юнити би следвало да има на разположение достатъчно количества и асортимент резервни части.

ВЪПРОС 3:

Защо гаранцията за изпълнение от 5 % се освобождава до 10 дни след монтажа и въвеждането в експлоатация, а не след приключването на гаранционния срок ? Това е

доста неизгодно за Възложителя, т. като той не може да се възмезди от тази гаранция в случай на некоректно гаранционно обслужване от страна на Изпълнителя.

ОТГОВОР:

Възложителят е преценил от дългогодишната си практика с доставки на юнити и друга медицинска техника, че за него е по важно гаранцията за изпълнение да е за доставка, монтаж и пускане в експлоатация. Възложителят досега не е имал проблем с изпълнение на задължението на Изпълнителите по гаранционно обслужване, както на юнитите, така и на всякакъв вид медицинска и друга апаратура.

ВЪПРОС 4 :

Защо неустойката, която дължи Изпълнителя при забава в сроковете на изпълнение / доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервис / е само **0,01 %** на ден и не повече **0,3 %** ? В предишната процедура за доставка на дентални юнити от лятото 2014 г. за нуждите на ФДМ - София , тези проценти бяха съответно **0,1 %** и **5 %**. При тези пренебрежително нищожни неустойки Изпълнителят би могъл да прави драстични забавяния в изпълнението на поръчката, което влиза в разрез със интереса на Възложителя.

ОТГОВОР:

Възложителят е заложил такива размери на неустойката на ден и не повече от 0,3%, защото прогнозната стойност на юнитите е голяма и се получава немалка сума в случай на закъснение, което е достатъчно като дисциплинираща мярка.

ВЪПРОС 5 :

В таблицата за техническо съответствие , в графа Съответствие са посочени 3 варианта на отговор : **ДА, НЕ, ПО-ДОБРЕ.**

Моля да поясните в каква степен участника трябва да изпълни техническото съответствие без да бъде отстранен - на 100 % или се допуска например 98 % изпълнение на съответствието.

Освен това, ако се предложат параметри „**ПО-ДОБРЕ**”, как те ще се отразят на крайната оценка на участника или че те ще се считат за компенсация на някое несъответствие.

ОТГОВОР:

Разбира се, че минималното съответствие при попълване на таблицата за техническо съответствие от страна на участника трябва да е минимум 100%. Ако предложението на участника отговаря на повече от 100% се записва „по-добре”, като се посочва кои параметри са по-добри от заложените от Възложителя, като това не се отразява в оценката на участника, респективно в класирането, тъй като критерия за оценка е „най-ниска цена”.

За несъответствие компенсация **няма**. При несъответствие участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

РЕКТОР:

/чл.кор.проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн/

МГ/РБ

