

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, открита с Решение РК 36-266/24.02.2015г. на Ректора на МУ-София с предмет: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет- София по 49 обособени позиции“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване за открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл.29 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

**ВЪПРОС: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5- ECL имиджър (система за документация на блотове и гелни плаки)**

В спецификацията на поз. 5 **ECL имиджър (система за документация на блотове и гелни плаки)** е записано „Компютър: вграден с 250 GB твърд диск (мин. 200 GB достъпни за запаметяване на изображения)“.

Бихте ли приели система със същите и по-добри характеристики, но с външен компютър (лаптоп).

**ОТГОВОР:**

Възложителя би приел ECL имиджър (система за документация на блотове и гелни плаки)с външен компютър (лаптоп) при условие, че в офертата е включен и софтуер за комуникация между компютъра и имиджъра. Наред с това софтуера трябва да поддържа всички възможности на апарата и да позволява пълното управление на същия да се осъществява чрез външния компютър.

**РЕКТОР :**

/чл.кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн/

