

ПРОТОКОЛ

№ 2

Днес, **08.08.2016 г.** в Медицински факултет - Деканат, в изпълнение на **Заповед № РК 36-1179/14.06.2016 г.** на Ректора на Медицински Университет-София, проф. д-р Вихра Миланова, дм, дмн, се събра Комисия в състав:

Председател: адв. Албена Фурнаджиева – правоспособен юрист

и членове:

1. ас. д-р Анатолий Дуковски – член на Катедра по „Акушерство и гинекология“ в Медицински факултет при Медицински университет - София;

2. доц. д-р Юлия Петрова – член на Катедра по „Неврология“ в Медицински факултет при Медицински университет - София;

3. Мирослава Новкова – началник „Склад“ в Медицински факултет при Медицински университет - София;

4. инж. Стефан Велев – външен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП с № ВЕ-1251;

със задача: да разгледа допълнително представените документи в плик № 1 «Документи за подбор» на участниците с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, както и документите съдържащи се в плик № 2 «Предложение за изпълнение на поръчката» на участниците в процедурата, които отговарят на изискванията за подбор.

ПЪРВИ ЕТАП:

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КЪМ ПЛИК № 1 «ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР», ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Във връзка с Протокол № 1, публикуван в «Профил на купувача» на 28.07.2016 г. и изпратен на 28.07.2016 г. до всички участници, а именно:

Оферта вх. №	Дата на подаване	Участник (наименование)	Участващ по обособена позиция/ии №
1.	13.06.2016 г.	„Медицинска техника инженеринг“ ООД, („МТИ“ ООД)	3, 4, 5, 6, 9, 10
2.	13.06.2016 г.	„Дарис - МС“ ЕООД	10
3.	13.06.2016 г.	„Алмасоник“ ООД	1
4.	13.06.2016 г.	„Лабко“ ЕООД	6
5.	13.06.2016 г.	„Елпак лизинг“ ЕООД	2, 6
6.	13.06.2016 г.	„Лабимекс“ ООД	8
7.	13.06.2016 г.	„С & Т България“ ЕООД	2
8.	13.06.2016 г.	„Ви енд Ди Сървисис“ ООД	9, 10
9.	13.06.2016 г.	„Елга 90 М“ ООД	4, 5, 6, 7, 8

на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП допълнителни документи трябва да представят следните участници:

- „Лабко“ ЕООД с Оферта вх. № 4/ 13.06.2016 г., по об. поз. № 6;
- „Лабимекс“ ООД с Оферта вх. № 6/ 13.06.2016 г., по обособена позиция № 8;
- „Елта 90 М“ ООД с Оферта вх. № 9/ 13.06.2016 г., по обособена позиция № 7;

Допълнително документи към плик № 1 «Документи за подбор» представиха 3 бр. участници в законоустановения краен срок до 04.08.2016 г.

На председателя на Комисията бяха предадени 3 бр. пликове на участници, съдържащи допълнителни документи за подбор, както следва:

1. Вх. № 1/01.08.2016 г. на „Лабко“ ЕООД ;
2. Вх. № 2/01.08.2016 г. на „Елта 90 М“ ООД;
3. Вх. № 3/02.08.2016 г. на „Лабимекс“ ООД ;

В изпълнение на чл. 68, ал. 10 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. „Лабко“ ЕООД, участващо за об. поз. № 6;

Съгласно протокол № 1 от 28.07.2016 г., участникът „Лабко“ ЕООД следва да представи допълнително по обособена позиция № 6 липсващите или несъответстващи с критериите за подбор документи, като ги замени или представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор, като ги съобрази и с останалите представени документи в офертата си.

С допълнително представените документи, участникът е депозирал изискуемия оригинален фирмен каталог на производителя.

Във връзка с чл. 68, ал. 10 от ЗОП и установено съответствие с критериите за подбор, Комисията **допуска участника „Лабко“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение, по об. поз. № 6;**

2. „Елта 90 М“ ООД, участващо за об. поз. № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;

Съгласно протокол № 1 от 28.07.2016 г. , участникът „Елта 90 М“ ООД следва да представи допълнително по обособена позиция № 7 липсващите или несъответстващи с критериите за подбор документи, като ги замени или представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор, като ги съобрази и с останалите представени документи в офертата си.

С допълнително представените документи, участникът е депозирал изискуемия документ за внесена гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 7.

Във връзка с чл. 68, ал. 10 от ЗОП и установено съответствие с критериите за подбор, Комисията **допуска участника „Елта 90 М“ ООД до разглеждане на техническото му предложение по об. поз. № 7;**

3. „Лабимекс“ ООД, участващо за об. поз. № 8;

Съгласно протокол № 1 от 28.07.2016 г., участникът „Лабимекс“ ООД следва да представи допълнително по обособена позиция № 8 липсващите или несъответстващи с критериите за подбор документи, като ги замени или представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор, като ги съобрази и с останалите представени документи в офертата си.

С допълнително представените документи, участникът е депозирал изискуемите:

- оригинален фирмен каталог на производителя.
- Декларация – списък на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, издадена от негово име с попълване на задължителните данни в графа „Преминато обучение за сервизно обслужване при производителя по съответната обособена позиция, ведно с посочване на година на придобиване, № на издадения документ и неговия издател.
- Декларация по чл. 51 а от ЗОП за ангажираност на екперт по образец № 14 от тръжната документация.

Участникът не е представил изисканият с протокол № 1 от 28.07.2016 г. документ за СЕ – марка или еквивалент на предлаганият артикул по обособена позиция № 8. В тази връзка, съгласно исканото допълнително представяне на СЕ – марка или еквивалент на предлаганата апаратура по обособена позиция № 8, участникът е представил сертификати за СЕ – марка / декларации за съответствие, касаещи продукти на производители, различни от посочения в оторизационното писмо производител на химическата камина по обособена позиция № 8. Също така по отношение на никой от посочените производители, за чиито артикули са издадени и представени допълнително декларации за СЕ марки или еквивалент, не е налице който и да е изискуем с тръжната документация документ /в т.ч например: оторизационно писмо, каталог или друго/, доказващ връзката на приложените документи с офертираната от участника химическа камина по обособена позиция № 8.

На отделно основание СЕ маркировката е знак за съответствие, който се поставя върху определени продукти предназначени за европейския пазар. С поставянето на този знак, производителят декларира, че продуктът му отговаря на европейските изисквания за безопасност и са спазени и изпълнени процедурите за оценка на съответствието на произведения от него продукт със съответната европейска директива, относима към изделието.

Във връзка с чл. 68, ал. 10 от ЗОП и установено несъответствие с критериите за подбор, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54 от ЗОП, участникът „Лабимекс“ ООД с Оферта вх. № 6/ 13.06.2016 г., по обособена позиция № 8 да бъде отстранен от участие в процедурата.

ВТОРИ ЕТАП: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Комисията пристъпи към разглеждане на съответствието на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ по реда на тяхното постъпване с изискванията на възложителя.

II.1. Оферта вх. № 1/13.06.2016 г., подадена от „МТИ“ ООД за об. поз. № 3, 4, 5, 6, 9, 10;

Съгласно тръжните условия всеки от пликовете по съответната обособена позиция за която се участва, трябва да съдържат следните документи:

1. Техническо предложение / Образец № 2/;
2. Таблица за техническо съответствие /Образец № 2а/ за съответната обособена позиция –/подписва се и се печатва на всяка страница/.
3. Декларация за съответствие и гаранционно обслужване – Образец № 8.
4. Декларация от производителя /свободен текст/, че предлаганата апаратура за обучение е нова, произведена след 01.07.2015 г., неупотребявана и не е рециклирана –*в оригинал*.
5. Декларация от производителя на апаратурата за обучение /свободен текст/, съдържаща информация за съответствието на техническите параметри на предлаганата апаратура за обучение с параметрите от Пълно описание на предмета на поръчката–*в оригинал*.
6. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) –когато участник посочи част от офертата, която има конфиденциален характер и изисква от Възложителя да не я разкрива /Образец № 13/.

Пликове № 2 на участника „МТИ“ ООД за об. поз. № 3, 4, 5, 6, 9, 10 съдържат всички гореизброени документи, по форма и съдържание, съгласно тръжните изисквания, без Декларация/ии по чл. 33, ал. 4 от ЗОП .

Комисията установи, че предлаганата по обособена позиция № 6 „Центрофуга за епруветки с диаметър до 17 мм за Катедра по „Акушерство и гинекология“ – база СБАЛАГ „Майчин дом“ не отговаря на изискванията на Възложителя. В т. 1.1.2. от спецификацията към Таблица за техническо съответствие /Образец № 2а/ за съответната обособена позиция е заложено, че скоростта трябва да е „до 5 000“ оборота. Предлаганата от участника центрофуга надхвърля заложеното минимално изискване за скорост до 5000 оборота и е със скорост до 6000 оборота.

На основание гореизложеното, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54 от ЗОП, участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с Оферта № 1/13.06.2016 г., подадена за об. поз. № 6 да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 6.

Комисията установи, че предлаганите апарати по обособени позиции № 3, 4, 5, 9, 10 отговарят на изискванията на Възложителя.

Съгласно техническото предложение на участника, за обособена позиция № 3, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД предлага:

- гаранционен срок на предлаганата апаратура – 60 месеца;
- срок на доставка – 20 календарни дни.

Участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя, относно предложението гаранционен срок и срок на доставка.

Съгласно техническото предложение на участника, за обособена позиция № 4, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД предлага:

- гаранционен срок на предлаганата апаратура – 60 месеца;
- срок на доставка – 3 календарни дни.

Участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя, относно предложението гаранционен срок и срок на доставка.

Съгласно техническото предложение на участника, за обособена позиция № 5, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД предлага:

- гаранционен срок на предлаганата апаратура – 60 месеца;
- срок на доставка – 3 календарни дни.

Участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя, относно предложението гаранционен срок и срок на доставка.

Съгласно техническото предложение на участника, за обособена позиция № 9, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД предлага:

- гаранционен срок на предлаганата апаратура – 60 месеца;
- срок на доставка – 20 календарни дни.

Участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя, относно предложението гаранционен срок и срок на доставка.

Съгласно техническото предложение на участника, за обособена позиция № 10, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД предлага:

- гаранционен срок на предлаганата апаратура – 60 месеца;
- срок на доставка – 20 календарни дни.

Участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя, относно предложението гаранционен срок и срок на доставка.

Комисията предлага:

Участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с Оферта вх. № 1/13.06.2016 г., подадена за об. поз. № 3, 4, 5, 9, 10 да бъде допуснат до следващ етап в процедурата, а именно оценяване по показателите „Срок на доставка” и „Гаранционен срок на предлаганата апаратура” по обособени позиции № 3, 4, 5, 9, 10.

II.2. Оферта вх. № 2/ 13.06.2016 г., подадена от „Дарис - МС” ЕООД за об. поз. № 10;

Съгласно тръжните условия пликът трябва да съдържа следните документи:

1. Техническо предложение / Образец № 2/;
2. Таблица за техническо съответствие /Образец № 2а/ за съответната обособена позиция –/подписва се и се подпечатва на всяка страница/.
3. Декларация за съответствие и гаранционно обслужване – Образец № 8.
4. Декларация от производителя /свободен текст/, че предлаганата апаратура за обучение е нова, произведена след 01.07.2015 г., неупотребявана и не е рециклирана –*в оригинал*.
5. Декларация от производителя на апаратурата за обучение /свободен текст/, съдържаща информация за съответствието на техническите параметри на предлаганата апаратура за обучение с параметрите от Пълно описание на предмета на поръчката–*в оригинал*.
6. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) –когато участник посочи част от офертата, която има конфиденциален характер и изисква от Възложителя да не я разкрива /Образец № 13/.

Плик № 2 на участника „Дарис - МС” ЕООД съдържа всички гореизброени документи, по форма и съдържание, съгласно тръжните изисквания, без Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Комисията установи, че предлаганата операционна маса по обособена позиция № 10 не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно техническата спецификация към тръжната документация, изискуемата по обособена позиция № 10 „Електро-хидравлична операционна маса за Катедра по „Хирургия“- База УМБАЛ „Александровска“ следва да притежава: „конструкцията да е от специална електрополирана стомана, лесна за почистване и поддържане“ . В декларациите от участника данни съгласно Таблица за техническо съответствие /Образец № 2а/ за съответната обособена позиция в т. 1.1.15. това изискване е потвърдено, но в приложената от участника техническа спецификация и каталог на офертираното, липсват данни, доказващи наличието на конструкцията на операционната маса да е от електрополирана стомана, лесна за почистване и поддръжка. В тази връзка видно от приложените данни, основата на операционната маса е направена от устойчива пластмаса.

На основание гореизложеното, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54 от ЗОП, участникът „Дарис - МС” ЕООД с Оферта вх. № 2/ 13.06.2016 г., подадена за об. поз. № 10 да бъде отстранен от участие в процедурата.

II.3. Оферта вх. № 3/ 13.06.2016 г., подадена от „Алмасоник” ООД за об. поз. № 1;

Съгласно тръжните условия пликът трябва да съдържа следните документи:

1. Техническо предложение / Образец № 2/;
2. Таблица за техническо съответствие /Образец № 2а/ за съответната обособена позиция –/подписва се и се подпечатва на всяка страница/.
3. Декларация за съответствие и гаранционно обслужване – Образец № 8.