

## МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - РЕКТОРАТ

### РЕШЕНИЕ

№ РК 36 - 1007 / 21.06 2017г.

за класиране на участниците, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции  
и прекратяване на обособени позиции

На основание чл.108, чл. 106, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП и резултатите отразени в Доклад от 19.06.2017 г., Протокол №1 от 15.03.2017 г., Протокол №2 от 18.05.2017 г. и Протокол №3 от 14.06.2017 г. на комисия, назначена с моя Заповед № РК 36 - 73 от 10.01.2017г., за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет- София и Медицински университет- Пловдив по 18 обособени позиции", открита с Решение за откриване на процедура № РК 36-2994 от 28.11.2016 г. на Ректора на Медицински Университет - София и обявление за поръчка с изх. № 5465/28.11.2016г., вписани в регистъра на АОП под номер на поръчката № 00398-2016-0021 и Обявление за поръчка публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 424073-2016 в брой S 233, стр.70 от 02/12/2016.

### О Б Я В Я В А М:

#### Оферти за участие в процедурата са подали следните участници:

- 1.вх.№ 1/ 09.01.2017г. подадена в 11:46 ч. - „АКВАХИМ“ АД за обособена позиция № 6;
- 2.вх.№ 2/ 09.01.2017г. подадена в 12:50 ч. - „ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС“ ООД за обособени позиции №№ 4, 10 и 17;
- 3.вх.№ 3/ 09.01.2017г. подадена в 13:04 ч. - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД за обособени позиции №№ 2, 5, 7, 8, 10, 16 и 17;
- 4.вх.№ 4/ 09.01.2017г.,подадена в 13:26 ч. - „ЛАБКО“ ЕООД за обособена позиция № 9;
- 5.вх.№ 5/ 09.01.2017г.,подадена в 14:19 ч. - „ДИАМЕД“ ООД за обособена позиция №3;
- 6.вх.№ 6/ 09.01.2017г. подадена в 14:43 ч. - „ЕЛТА 90М“ ООД за обособена позиция № 1;
- 7.вх.№ 7/ 09.01.2017г. подадена в 16:11 ч. - „АСМ 2“ ЕООД за обособени позиции №№ 13, 14 и 15;
- 8.вх.№ 8/ 09.01.2017г. подадена в 16:13 ч. - „ФОТ“ ООД за обособени позиции №№ 9, 11 и 18,

## ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

### 1. "ЕС ДЖИ | ПИ БИО ДАЙНАМИКС" ООД

По обособена позиция № 17 - Реактиви за изолиране на ДНК и Real Time PCR се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

#### Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 17 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По позиция 17.2. 2x мастер микс за SYBR Green анализи, въпреки че в спецификациите, описани в таблицата за техническо съответствие участника е посочил буфер за разреждане на пробата, от приложените извадки от брошури и каталози се вижда, че кита предложен от участника, не съдържа такъв буфер, което не отговаря на изискването на Възложителя.

Друго несъответствие в офертата на „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД е, че в таблицата за техническо съответствие не е посочен броя и обема на реакциите, които могат да бъдат осъществени с предложения кит, а от приложените брошури и каталози е видно, че той е за 400 реакции с обем 25 мкл, докато изискването на Възложителя е за 1000 реакции с обем 25 мкл.

### 2. "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД

По обособена позиция № 17 - Реактиви за изолиране на ДНК и Real Time PCR се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

#### Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 17 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По позиция 17.1. Кит за изолиране на ДНК от тъкани – е предложен кит, според спецификациите на който, обемът на елуиране на пробите е 20-80 мкл, а не изисквания се от Възложителя диапазон 20-100 мкл. Също така от брошурата на кита не става ясно дали е подходящ за STR и SNP, каквото е изискването на Възложителя.

По позиция 17.2. 2x мастер микс за SYBR Green анализи, въпреки че в спецификациите, описани в таблицата за техническо съответствие участника е посочил буфер за разреждане на пробата, от приложените извадки от брошури и каталози се вижда, че кита предложен от участника, не съдържа такъв буфер, което не отговаря на изискването на Възложителя.

### 3. "ФОТ" ООД

По обособена позиция № 9 - Консумативи за изолиране на ДНК и PCR се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

#### Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника по обособена позиция № 9 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

1. За позиция 9.1. Епруветки 50 мл с капачки на винт - липсва мостра, а в приложените документи (доказателствен материал) са описани спецификациите на епруветки с обем 15 мл

(Corning® 15ml PP Centrifuge Tubes, Bulk Packed with Plug Seal Cap, Sterile, 50/Sleeve, 500/Case (Product #430766)), който се разминава с обема искан от Възложителя.

2. За позиция 9.2. Криоепруветки с цветни винтови капачки - приложените мостри и спецификациите от приложените брошури не съответстват на спецификациите на Възложителя. Дъното на епруветките е обло, а не звездовидно, обемът им е до 2 мл вместо до 2.2 мл, каквото е искането на Възложителя. От приложената брошура не става ясно дали епруветките идват заедно с 50 индикатора (инсърти). В допълнение на тези несъответствия, никъде в брошурата не са описани размерите на епруветките.

3. За позиция 9.3. Кριοкутии с капак - не е приложена мостра. В спецификациите от брошурата не са описани размерите на кутиите с каталожен №431119, а материала от който са направени не е полипропилен, а поликарбонат, което е в несъответствие със спецификациите на Възложителя.

4. За позиция 9.4. Връхчета с обем 0.5-10 мкл - в приложената брошура липсва информация дали връхчетата са Metal free (без примеси на метали), каквото е искането на Възложителя.

5. За позиция 9.5. Връхчета, обем 5-200 мкл - аналогично на позиция 9.4 за връхчетата не е специфицирано, че са Metal free (без примеси на метали). Липсва и информация дали са съвместими с Biohit пипети, каквото е искането на Възложителя.

6. За позиция 9.6. Връхчета 100-1000 мкл - аналогично на позиции 9.4 и 9.5 не е специфицирано, че са Metal free. От спецификациите описани в приложената брошура не става ясно дали връхчетата са съвместими с Research Pro пипети, каквото е искането на Възложителя.

7. За позиция 9.7. Филтърни връхчета 0.5-10 мкл - в брошурата не е описано, че са DNA free, както и с кои пипети са съвместими.

8. За позиция 9.8. Филтърни връхчета, обем 10-20 мкл - в брошурата не е описано, че са полипропиленови, DNA free, както и не става ясно за кои пипети са подходящи.

9. За позиция 9.9. Филтърни връхчета 100-1000 мкл - липсва приложена мостра и аналогично на позиция 9.8 не е описано в брошурата, че са полипропиленови, DNA free, както и не става ясно за кои пипети са подходящи.

10. За позиция 9.10. Епруветки, обем 2.2 мл - в приложената брошура не е описано, че са автоклавируеми до 121°C.

11. За позиция 9.13. Епруветки – обем 1.5 мл - в брошурата не е пояснено от какъв материал са направени и не е описано, че са тип Eppendorf.

12. За позиция 9.14. 96 ямкови плаки - в брошурата не е пояснено, че са DNA free.

### **КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

Съгласно обявен в документацията критерий за възлагане – „най -ниска цена” при покриване на всички други изисквания, посочени в нея и на основание Доклад, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 на комисия по отваряне, разглеждане и оценяване на офертите на участниците, **обявявам** класирането по обособени позиции, както следва:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Реактиви за следващо поколение секвениране със секвенатор MiSeq и MLPA анализ**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№6/ 09.01.2017г.	„ЕЛТА 90М“ ООД	120 000,00	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Реактиви за изолиране и анализиране на ДНК със секвенатор ABI3130XL**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№3/ 09.01.2017г.	„Антисел България“ ООД	17 784,20	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Реактиви за микрочипов анализ**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№5/ 09.01.2017г	„ДИАМЕД“ ООД	3610,00	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Реактиви за анализ на микроРНК и фузионни гени комплекси**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№2/ 09.01.2017г	„ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС“ ООД	19118,38	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - Реактиви и консумативи за следващо поколение секвениране с Ion PGM система**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№3/ 09.01.2017г	„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД	61307,02	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - Консумативи и реактиви за работа с автоматична  
накапваща система Biomek FX**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№1/ 09.01.2017г	„АКВАХИМ“ АД	3939,11	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - Реактиви за калибриране и генотипиране на Real  
Time PCR апарат 7900 HT**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№3/ 09.01.2017г	„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД	5758,04	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - Консумативи за система за ултрачиста вода  
Smart2Pure**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№3/ 09.01.2017г	„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД	4639,87	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - Консумативи за изолиране на ДНК и PCR**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№4/ 09.01.2017г	„ЛАБКО“ ЕООД	5339,00	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - Система за директно отглеждане на клетки**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№2/ 09.01.2017г	„ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС“ ООД	1380,60	I – во място
вх.№3/ 09.01.2017г	„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД	1483,60	II – ро място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - Консумативи и реактиви за работа с клетъчни култури**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№8/ 09.01.2017г	„ФОТ“ ООД	7133,00	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 - Специализирани хроматографски колони за LC/MS анализи и приложения**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№7/ 09.01.2017г	„АСМ 2“ ЕООД	21522,00	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14- Консумативи за автоматични инжектори към LC/MS системи**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№7/ 09.01.2017г	„АСМ 2“ ЕООД	5354,00	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 - Специализирани китове за протеимикс и аксесоари**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№7/ 09.01.2017г	„АСМ 2“ ЕООД	11850,00	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 - Реактиви за ELISA анализ**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№3/ 09.01.2017г	„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД	1638,48	I – во място

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 - Химикали и консумативи за тъканни и клетъчни култури**

<b>Оферта вх. №</b>	<b>Участник</b>	<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>	<b>Класиране</b>
вх.№8/ 09.01.2017г	„ФОТ“ ООД	2014,00	I – во място

**ОПРЕДЕЛЯМ**

за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции, следните участници:

1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Реактиви за следващо поколение секвениране със секвенатор MiSeq и MLPA анализ - „ЕЛТА 90М“ ООД;

2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Реактиви за изолиране и анализиране на ДНК със секвенатор ABI3130XL - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД;

3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Реактиви за микрочипов анализ – „ДИАМЕД“ ООД;

4. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Реактиви за анализ на микроРНК и фузионни генни комплекси - „ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС“ ООД;

5. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - Реактиви и консумативи за следващо поколение секвениране с Ion PGM система - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД;

6. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - Консумативи и реактиви за работа с автоматична накапваща система Biomek FX – „АКВАХИМ“ АД;

7. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - Реактиви за калибриране и генотипиране на Real Time PCR апарат 7900 HT– „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД;

8.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - Консумативи за система за ултрачиста вода Smart2Pure – „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД;

9.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - Консумативи за изолиране на ДНК и PCR – „ЛАБКО“ ЕООД;

10.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - Система за директно отглеждане на клетки – „ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС“ ООД;

11.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - Консумативи и реактиви за работа с клетъчни култури – „ФОТ“ ООД;

13.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 - Специализирани хроматографски колони за LC/MS анализи и приложения – „АСМ 2“ ЕООД;

14.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 - Консумативи за автоматични инжектори към LC/MS системи – „АСМ 2“ ЕООД;

15.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 - Специализирани китове за протеимикс и аксесоари – „АСМ 2“ ЕООД;

16.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 - Реактиви за ELISA анализ – „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД;

18.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 - Химикали и консумативи за тъканни и клетъчни култури – „ФОТ“ ООД;

**П Р Е К Р А Т Я В А М следните обособени позиции:**

1. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП обособена позиция № 12.
2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП обособена позиция № 17.

**Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от неговото получаване.**

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

Комисия за защита на конкуренцията  
Адрес: гр.София, бул. "Витоша" №18  
Електронна поща: [cadmin@cpc.bg](mailto:cadmin@cpc.bg)  
[http:// www.cpc.bg](http://www.cpc.bg)

**На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок на участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача на Медицински университет - София към електронното досие на процедурата под № 00398-2016-0021 заедно с Протоколи № 2, № 3 и Доклада на комисията на следния електронен адрес: <http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2016-0021>**

**РЕКТОР:**  
**/проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм/**



чл.2 от ЗЗЛД