

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, по 95 обособени позиции“ и във връзка с влязло в сила Разпореждане № Ротк ЗОП-258/28.08.2017 г. на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, съдържащо отказ от образуване на производство по жалба с вх. № ВХР-1676/03.08.2017 г. в деловодството на КЗК.

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка бихме искали да получим следните разяснения по Документацията:

1. В Техническата спецификация, Приложение 1а, заложена от Възложителя.

Обособена позиция № 71 „Многоканални автоматични пипети 50-1000 микролитра“ - № 71.1

Възможно ли е, да е допусната техническа грека в описаните на артикула, тъй като няма многоканални пипети с обхват 50-1000 микролитра, за многоканалните пипети на всички производители, най големия обхват с най-голям обем е 30-300 микролитра.

Моля за уточнение дали става въпрос за многоканална пипета с обем 30-300 микролитра или за едоканална пипета 50-1000 микролитра които са описани е обособена позиция 72.1, като с обхват 50-1000 микролитра са само дигиталните пипети, които са описани в обособена позиция 73.1.

Ще приеме ли възложите за ОП 71.1 – Осемканална автоматична пипета с обем 30-300 микролитра и за ОП 72.1 – Едниканална автоматична пипета с обем 100-1000 микролитра.

Очакваме Вашите коментари.

Благодаря предварително за отделеното време!

ОТГОВОР : Възложителят ще приеме многоканални автоматични пипети и с 8 канала. Посоченият обхват, касае единствено наименованието на обособената позиция. Обхватът на многоканалните автоматични пипети, предмет на обособена позиция № 71, се оферира от участниците.

Обхватът на едноканалните автоматични пипети, предмет на обособена позиция № 72, се оферира от участниците. Посоченият обем, касае единствено наименованието на обособената позиция и същият се оферира от участниците.

ЗАМ.РЕКТОР:

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

**/проф.д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн
с възложени правомощия по чл.7, ал.2 от ЗОП,
съгласно Заповед №РД/36-1383/23.08.2017г./**