

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 45 обособени позиции“.

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка бихме искали да получим следните разяснения по Документацията:

Въпрос:

1. Приложение № 2, т.4.7 гласи, че към Техническото предложение следва да се приложи Документ, издаден от производител за оторизация или друг подходящ документ от фирмата производител за продажба и сервиз на територията на България за всички обособени позиции и артикули в тях, за които участника участва. В случай, че описаният документ е издаден от лице, различно от производителя, участникът следва да посочи връзката между издателя на документа и производителя на съответния продукт. (Документът се представя в оригинал или нотариално заверено копие – с посочване на номера на обособената позиция и артикула в нея).

При наличие на оферирана повече от една обособена позиция с един и същ производител, Възложителят ще приеме ли оригинал на оторизацията приложена към обособена позиция с по- малък пореден номер, а във всяка следваща да е приложено заверено с „Вярно с оригинала“ копие на посочената по горе оторизация или друг подходящ документ от фирмата производител за продажба и сервиз на територията на България?

Отговор: Не. Документът, издаден от производителя за оторизация или друг подходящ документ от фирмата производител за продажба и сервиз на територията на България за всички обособени позиции и артикули в тях, за които участника участва, следва да бъде представен в оригинал или нотариално заверено копие, за всяка обособена позиция, поотделно.

Въпрос:

2. Приложение № 2, т.4.8 гласи, че към техническото предложение следва да се приложи декларация от производителя /свободен текст/, че предлаганата апаратура и оборудване е нова, произведена след 01.01.2017 г. неупотребявана и не е рециклирана- в оригинал.

При наличие на оферирана повече от една обособена позиция от един и същи производител Възложителят ще приеме ли горепосочената декларация, в която да са изредени всички оферирани обособени позиции, да е в оригинал, приложена към обособена позиция с по-малък пореден номер, а във всяка следваща да бъде приложено заверено с „Вярно с оригинала“ копие?

В горния десен ъгъл на всяка една ще бъде конкретизирано за коя обособена позиция се отнася.

Отговор: Не. Декларацията от производителя, че предлаганата апаратура и оборудване е нова, произведена след 01.01.2017 г. неупотребявана и не е рециклирана, следва да бъде представена в оригинал или нотариално заверено копие, за всяка обособена позиция поотделно.

Въпрос:

3. Ще приеме ли Възложителят представянето на осигурен сервизен специалист, преминал обучение за апаратура и оборудване при производител на аналогична апаратура от офериранията?

Пример: В техническото задание е описана техническа характеристика на центрофуга Errendorf и нито един друг модел и/или производител не покрива техническото задание, съответно може и трябва да се оферира центрофуга – Errendorf, но участника има осигурен сервизен специалист преминал обучение при фирма Hettich, която също е производител на центрофуги.

Отговор: Не. Участникът следва да осигури обучен и сертифициран от фирмата-производител най-малко един сервизен специалист за апаратурата и оборудването, преминал обучение за сервизно поддържане при съответния производител, чиято апаратура именно се оферира от участника.

Въпрос:

4. За обособена позиция 24, подпозиция 24.1 „Инкубатор“

Ще приеме ли Възложителя инкубатор с по-добър работен диапазон на температурата 37-100 градусаС ?

Отговор: Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура и оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на изискванията на описанието по отделните обособени позиции и артикули в тях в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ към документацията за обществена поръчка. В тази връзка, е допустимо предложение, което припокрива изискването за работен диапазон на температурата 37-80°С .

РЕКТОР: заличено на основание по чл.2 от ЗЗЛД

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

