



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

РЕКТОРАТ

София 1431, Бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ 15

тел.: +359 2 9152 129, факс: +359 2 953 2816, e-mail: rector@mu-sofia.bg, www.mu-sofia.bg

Изх. №

3458 / 09.09.19г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София по 64 обособени позиции”.

Уважаеми проф. д-р Златков,

Във връзка с желанието ни да участваме в горесцитираната процедура по обособена позиция № 50 „Апарат за микроелементен анализ, базиран на принципите на комбинирана електротермична атомна абсорбция (ЕТААС) със Зееманова корекция” обръщаме се към Вас с молба за допълнителни разяснения по документацията както следва:

ВЪПРОС № 1:

В Приложение №2 „Указание за подготовката на оферта”, т.3.3 на стр. 8 има следното изискване: „Документ, издаден от производителя за оторизация или друг подходящ документ от фирмата производител за продажба и сервиз на територията на Република България за всяка от обособените позиции **и артикули в тях**, за които участника участва. В случай, че описаният документ е издаден от лице, различно от производителя, участникът следва да посочи връзката между издателя на документа и производителя на съответния продукт. (Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие — с посочване на номера на обособената позиция и артикула в нея)”.

- Бихте ли уточнили дали това изискване се отнася и до периферни устройства (артикули), обслужващи основното оборудване, като РС, монитор, принтер, UPS, охладител, дейонизатор, система за отвеждане на газовете и т.н.?

- В случай, че това изискване се отнася и до периферните устройства (артикули) обслужващи основното оборудване, то ще бъде ли приет за достатъчен оторизационен документ на производителя на основното оборудване (Апарат за микроелементен анализ, базиран на принципите на комбинирана електротермична атомна абсорбция (ЕТААС) със Зееманова корекция), в който документ тези периферни устройства са включени като комплектация към него?

ОТГОВОР: Изискването се отнася за апарата по обособена позиция № 50 „Апарат за микроелементен анализ, базиран на принципите на комбинирана електротермична атомна абсорбция (ЕТААС) със Зееманова корекция” и артикулите в него. В случай, че артикулите са включени като комплектация към предлагания от участника апарат, то ще бъде приет за достатъчен оторизационен документ от производителя на основното оборудване.

ВЪПРОС № 2:

В Приложение № 2 „Указание за подготовката на оферта”, т.3.4 на стр. 9 има следното изискване: „Декларация от производителя /свободен текст/, че предлаганата апаратура и/или оборудване е нова, произведена след 01.01.2018 г., неупотребявана и не е рециклирана - в оригинал“

- Бихте ли уточнили дали това изискване се отнася и до периферни устройства (артикули), обслужващи основното оборудване, като РС, монитор, принтер, UPS, охладител, дейонизатор, система за отвеждане на газовете и т.н.?
- В случай, че това изискване се отнася и до периферните устройства (артикули) обслужващи основното оборудване, то ще бъде ли приета за достатъчна декларация на производителя на основното оборудване (Апарат за микроелементен анализ, базиран на принципите на комбинирана електротермична атомна абсорбция (ЕТААС) със Зееманова корекция), в която декларация тези периферни устройства са включени като комплектация към него?

ОТГОВОР: Изискването се отнася за апарата по обособена позиция № 50 „Апарат за микроелементен анализ, базиран на принципите на комбинирана електротермична атомна абсорбция (ЕТААС) със Зееманова корекция” и артикулите в него. В случай, че артикулите са включени като комплектация, към предлагания от участника апарат/оборудване то ще бъде приета за достатъчна Декларацията от производителя на апаратурата и/или оборудването в свободен текст, че предлаганата апаратура, включително всички артикули е нова, произведена след 01.01.2018 г., неупотребявана и не е рециклирана - в оригинал.

ВЪПРОС № 3:

В Приложение № 2 „Указание за подготовката на оферта”, т.3.5 на стр. 9 има следното изискване: „За всички обособени позиции задължително се представят извадки от фирмени брошури или каталози, само страниците касаещи предлаганите артикули (апаратура/оборудване), заверени с подпис и печат на участника на всяка страница, за доказване съответствието на артикулите с изискванията на Възложителя.

- Ще бъдат ли приети като доказателства за съответствие с минималните технически изисквания други документи освен посочените, издадени от производителя на оборудването?

ОТГОВОР: Да. Ще бъдат приети и други документи, издадени от производителя на апаратурата и/или оборудването, които съдържат техническите данни на предложените от участника апаратура и/или оборудване.

ВЪПРОС № 4:

В Приложение №1а „Техническа Спецификация“ за обособена позиция № 50 „Апарат за микроелементен анализ, базиран на принципите на комбинирана електротермична атомна абсорбция (ЕТААС) със Зееманова корекция” е поставено техническо изискване, както следва: „...32” монитор...”

- Бихте ли уточнили дали наистина се изисква 32” монитор към компютърната система или това е допуснатата техническа грешка и изискването реално е за 23” монитор?

ОТГОВОР: Изискването е посочено в Приложение № 1а „Техническа спецификация“ за обособена позиция № 50 „Апарат за микроелементен анализ, базиран на принципите на комбинирана електротермична атомна абсорбция (ЕТААС) със Зееманова корекция” и е за „32” монитор“.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Заличено на осн.
чл.36а, ал.3 от
ЗОП

/Веселин Петров, с възложени правомощия
по чл. 7 ал. 2 от ЗОП, съгласно
Заповед № РК 36-1358/13.08.2019 г./

