

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждане на техническите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции“

На 04.08.2020г. се проведе закрито заседание на комисията, назначена със Заповед № РК 36 - 376 от 06.03.2020г. на Ректора на Медицински Университет - София, за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции“, открита с Решение за откриване на процедура № РК 36 – 94 от 27.01.2020г. на Ректора на Медицински Университет - София и обявление за обществена поръчка с изх.№ 327/27.01.2020г., вписани в регистъра на АОП под уникален номер на поръчката № 00398-2020-0002 и Обявление за поръчка публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 43976- 2020 в брой S 020 от 29/01/2020.

Председателят на комисията получи с приемателно-предавателен протокол от служител на отдел „ОП“ допълнително представените документи.

С оглед констатациите на комисията и взетите решения, отразени в Протокол № 1 от 20.07.2020г. комисията на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП изисква да се представят в срок до 5 работни дни от получаването на протокола нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация от следните участници:

- „Софлаб“ ООД с оферта вх. № 1/24.02.2020 г. за обособени позиции №№ 15 и 33;
- „ГЕЯ-99-ТЕСТ“ ООД с оферта вх. № 2/04.03.2020 г. за обособени позиции №№ 5, 9, 11 и 15;
- „Лабко“ ЕООД с оферта вх. № 5/05.03.2020 г. за обособена позиция № 25;
- „МТИ“ ООД с оферта вх. № 6/05.03.2020 г. за обособена позиция № 22;
- „РСР“ ЕООД с оферта вх. № 11/05.03.2020 г. за обособена позиция № 21;
- „Метром България“ ЕООД с оферта вх. № 12/05.03.2020 г. за обособени позиции №№ 32 и 35;

С писмо изх. № 2526/21.07.2020г. Протокол № 1 е изпратен в същия ден, чрез куриерска фирма с обратни разписки, до всички участници.

Съгласно обратните разписки, всички участници са получили протоколите на 22.07.2020г., с изключение на „Метром България“ ЕООД, който е получил протокола на 23.07.2020г. Срока за представяне на променена и/или допълнителна информация за „Метром България“ ЕООД е до края на работния ден на 30.07.2020г., а за останалите участници е до края на работния ден на 29.07.2020г.

Комисията установи, участниците, спазили определения срок за представяне на допълнителни документи и/или информация са както следва:

- Вх. № 1/24.07.2020г., подадено в 09:50 ч.- „МТИ“ ООД;
- Вх. № 2/24.07.2020г., подадено в 11:18 ч.- „Лабко“ ЕООД;
- Вх. № 3/24.07.2020г., подадено в 11:57 ч.- „РСР“ ЕООД;
- Вх. № 4/28.07.2020г., подадено в 12:45 ч.- „Метром България“ ЕООД;
- Вх. № 5/29.07.2020г., подадено в 10:10 ч.- „ГЕЯ-99-ТЕСТ“ ООД;

Комисията установи, че в законоустановеният срок не са постъпили допълнителни документи от участника „Софлаб“ ООД за обособени позиции №№ 15 и 33. Съгласно обратната разписка участникът е получил Протокол № 1 на 22.07.2020г. и е следвало да представи документи до края на работния ден на 29.07.2020г.

Комисията предлага на Възложителя на основание чл.107, т.1 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал.1, т.5, б.“б“ от ЗОП да отстрани участника „Софлаб“ ООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособени позиции №№ 15 и 33, тъй като същия не е представил допълнение с необходимата информация и **не отговаря** на критериите за подбор, поставените от Възложителя.

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците, по реда на постъпване на допълненията и констатира следното:

1. Относно констатациите по допълнително представените документи от участника „МТИ“ ООД за обособена позиция №22

Комисията прегледа допълнително представените документи на участника и установи следното:

Участникът е представил оптичен носител- диск, на който е записан електронен вариант на ЕЕДОП в PDF формат за обособена позиция № 22. Комисията направи проверка на електронните подписи, с които е подписан представеният ЕЕДОП и установи, че лицата положили подписа отговарят на изискванията на Възложителя и ЗОП.

В представеният нов ЕЕДОП, в **Част IV, раздел В: Технически и професионални способности в поле: За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид от ЕЕДОП**, участникът е декларирал 1 доставка, като са посочени хронологично следващи начална и крайна дата, което отговаря на изискванията на Възложителя по този критерий за подбор.

Комисията счита, че с представеното допълнение участникът е отстранил посочените в Протокол №1 несъответствия и съответства на изискванията за критериите за подбор на Възложителя, в резултат на което **допуска участника „МТИ“ ООД до разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 22.**

2. Относно констатациите по допълнително представените документи от участника „Лабко“ ЕООД за обособена позиция №25

Комисията прегледа допълнително представените документи на участника и установи следното:

Участникът е представил оптичен носител- диск, на който е записан електронен вариант на ЕЕДОП в PDF формат за обособена позиция № 25. Комисията направи проверка на електронния подпис, с който е подписан представеният ЕЕДОП и установи, че лицето положило подписа отговаря на изискванията на Възложителя и ЗОП.

В представеният нов ЕЕДОП, в **Част II, раздел А: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП**, участникът коректно е посочил наименованието на участника дружеството „Лабко“ ЕООД, като е декларирал и че е микро-, малко или средно предприятие. Комисията счита, че с представеното допълнение участникът е отстранил посочените в Протокол №1 несъответствия и съответства на изискванията на Възложителя, в резултат на което **допуска участника „Лабко“ЕООД до разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 25.**

3. Относно констатациите по допълнително представените документи от участника „РСР“ ЕООД за обособена позиция №21

Комисията прегледа представеното допълнение от участника и установи следното:

Участникът е представил придружително писмо и оптичен носител - диск с надпис „Нов ЕЕДОП по ОП № 21 от РСР ЕООД 398-2020-0002“, на който диск няма никакъв запис.

Комисията счита, че с представеното допълнение участникът не е отстранил посочените в Протокол №1 несъответствия и не съответства на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на Възложителя, в резултат на което **реша, че не допуска участника „РСР“ЕООД до разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 21 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.1 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал.1, т.5, б.“б“ от ЗОП да отстрани участника „РСР“ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 21**

4. Относно констатациите по допълнително представените документи от участника „Метром България“ ЕООД за обособени позиции № № 32 и 35

Комисията прегледа допълнително представените документи на участника и установи следното:

Участникът е представил оптичен носител- диск, на който е записан електронен вариант на ЕЕДОП в PDF формат за обособени позиции № № 32 и 35. Комисията направи проверка на електронните подписи, с които е подписан представеният ЕЕДОП и установи, че лицата положили подписи отговарят на изискванията на Възложителя и ЗОП.

В представеният нов ЕЕДОП, в **Част II, раздел А: Информация за икономическия оператор ,буква „д“ от ЕЕДОП, на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?“** участникът е декларирал отговор „да“.

Комисията счита, че с представеното допълнение участникът е отстранил посоченото в Протокол №1 несъответствие и съответства на изискванията на Възложителя, в резултат на което **допуска участника „Метром България“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение по обособени позиции № № 32 и 35.**

5. Относно констатациите по допълнително представените документи от участника „ГЕЯ-99-ТЕСТ“ ООД за обособени позиции № № 5,9,11 и 15

Комисията прегледа допълнително представените документи на участника и установи следното:

Участникът е представил оптичен носител- диск, на който е записан електронен вариант на ЕЕДОП в PDF формат за обособени позиции №№ 5,9,11 и 15. Комисията направи проверка на електронния подпис, с който е подписан представеният ЕЕДОП и установи, че лицето положило подписа отговаря на изискванията на Възложителя и ЗОП.

В представеният нов ЕЕДОП, участникът коректно е попълнил **Част II, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“**, което отговаря на изискването на Възложителя.

В представеният нов ЕЕДОП, в **Част IV, раздел В: Технически и професионални способности в поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване от ЕЕДОП**, участникът е декларирал, че разполага със сервизна база в България, оторизирана от производителя, като е посочен и адреса ѝ, което отговаря на изискванията на Възложителя по този критерий за подбор.

Комисията счита, че с представеното допълнение участникът е отстранил посочените в Протокол №1 несъответствия и съответства на изискванията на Възложителя, в резултат на което **допуска участника „ГЕЯ-99-ТЕСТ“ ООД до разглеждане на техническото му предложение по обособени позиции № № 5,9,11 и 15.**

На основание гореизложеното и Протокол № 1/20.07.2020г., комисията единодушно реши, че допуска до разглеждане и проверка на техническите предложения следните участници:

- „ГЕЯ-99-ТЕСТ“ ООД по обособени позиции №№ 5, 9, 11 и 15;
- „Лабтех“ ЕООД по обособени позиции №№ 3, 7, 8, 17, 18, 21 и 28;
- „ГРИН БГ“ ООД по обособени позиции №№ 9 и 11;
- „Лабко“ ЕООД по обособена позиция № 25;
- „МТИ“ ООД по обособена позиция №№ 22 и 30;
- „Елта 90М“ ООД по обособени позиции №№ 23, 24, 30, 31 и 35;

- „ЛабТрейд ВиА” ООД по обособени позиции №№ 10, 12 и 35;
- „Данс Фарма” ЕООД по обособена позиция № 33;
- „Лабприм” ЕООД по обособени позиции №№ 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18 и 19;
- „РСР” ЕООД по обособени позиции №№ 2, 4, 9, 10, 12, 20, 22, 24, 29 и 30;
- „Метром България” ЕООД по обособени позиции №№ 32 и 35;
- „АСМ2” ЕООД по обособена позиция № 31;
- „Агролабтех Консулт” ЕООД по обособени позиции №№ 5, 9, 10, 11, 21, 27 и 30;
- „Ридаком” ЕООД по обособени позиции №№ 10, 12, 14, 18, 21, 27, 28, 29 и 30;
- „ФОТ” ООД по обособени позиции №№ 2 и 11;
- „Лабимекс” АД по обособени позиции №№ 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 34.

II. На следващите си закрити заседания в периода от 10.08.2020г. до 30.09.20г. комисията разгледа представените технически предложения на допуснатите участници заедно със становището на експертите в комисията за съответствие с предварително обявените условия, както следва:

1. Относно техническото предложение на участника „ГЕЯ-99-ТЕСТ” ООД за обособени позиции №№ 5, 9, 11 и 15

За обособена позиция № 5- Термостатна водна баня

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 5, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 5 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ГЕЯ-99-ТЕСТ” ООД по обособена позиция № 5 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ГЕЯ-99-ТЕСТ” ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 5.

За обособена позиция 9- Бъркалка електромагнитна с нагряване

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)

3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 9, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 9 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ГЕЯ-99-ТЕСТ”ООД по обособена позиция № 9 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ГЕЯ-99-ТЕСТ”ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 9.

За обособена позиция 11- Колбогрейка

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 11, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 11 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ГЕЯ-99-ТЕСТ”ООД по обособена позиция № 11 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ГЕЯ-99-ТЕСТ”ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11.

За обособена позиция 15- Автоматичен апарат за определяне точка на топене

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 15, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е

гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

При разглеждане на представеното от участника оторизационно писмо, комисията установи, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като участника не е оторизиран от производителя за сервиз.

Комисията установи, че техническото предложение на „ГЕЯ-99-ТЕСТ”ООД и приложенията към него по обособена позиция № 15 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на пликa „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 15 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „ГЕЯ-99-ТЕСТ”ООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 15.

2. Относно техническото предложение на участника „Лабтех” ЕООД за обособени позиции №№ 3, 7, 8, 17, 18, 21 и 28

За обособена позиция № 3- Диспергатор (хомогенизатор) за големи обеми тип Ултратуракс или еквивалентен, окомплектован с два диспергиращи елемента, стойка и клампа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 3, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 3 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 3 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал Диспергиращ елемент 2 с обхват на работния обем на пробата в среда от вода 0,25-10 L и обхват на дълбочина на потапяне 70-250 mm, вместо изискваните от Възложителя обхват на работния обем на пробата в среда от вода 1-50 L и обхват на дълбочина на потапяне 150-350 mm.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабтех” ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 3 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на пликa „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „Лабтех” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3.

За обособена позиция № 7- Лабораторен апарат за определяне на разпадаемост на таблетки

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула

5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 7, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 7 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабтех” ЕООД по обособена позиция № 7 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабтех” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 7.

За обособена позиция № 8- Лабораторен апарат за определяне на изтриваемост на таблетки

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 8, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 8 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабтех” ЕООД по обособена позиция № 8 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабтех” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 8.

За обособена позиция № 17- Диспергатор (хомогенизатор) тип Ултрапуракс или еквивалентен, окомплектован с два диспергиращи елемента, стойка и клампа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 17, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е

гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 17 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабтех” ЕООД по обособена позиция № 17 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабтех” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 17.

За обособена позиция № 18- Химически устойчива мембранна (диафрагменна) вакуум помпа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 18, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 18 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабтех” ЕООД по обособена позиция № 18 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабтех” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 18.

За обособена позиция № 21- Вертикален автоклав с микропроцесорен контрол

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 21, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 21 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на

Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабтех” ЕООД по обособена позиция № 21 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабтех” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 21.

За обособена позиция № 28- Лабораторна аспирационна система

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 28, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 28 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабтех” ЕООД по обособена позиция № 28 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабтех” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 28.

3. Относно техническото предложение на „ГРИН БГ”ООД за обособени позиции №№ 9 и 11

За обособена позиция № 9- Бъркалка електромагнитна с нагряване

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 9, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 9 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ГРИН БГ”ООД по обособена позиция № 9 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ГРИН БГ”ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 9.

За обособена позиция № 11- Колбогрейка

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 11, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 11 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ГРИН БГ”ООД по обособена позиция № 11 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ГРИН БГ”ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11.

4. Относно техническото предложение на „Лабко” ЕООД за обособена позиция № 25- Хот/колд плейт NG

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 25, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 25 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабко” ЕООД по обособена позиция № 25 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабко” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 25.

5. Относно техническото предложение на „МТИ” ООД за обособени позиции №№ 22 и 30 За обособена позиция № 22-високоскоростна микро центрофуга, окомплектована с ъглов ротор

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)

2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 22, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 22 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „МТИ” ООД по обособена позиция № 22 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „МТИ” ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 22.

За обособена позиция № 30- Аналитична везна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 30, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 30 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „МТИ” ООД по обособена позиция № 30 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „МТИ” ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 30.

На 14.08.2020г. Председателят на комисията получи заповед № РК 36-2804/14.08.20г. на Ректора на Медицински университет-София, с която е удължен срока за работа на комисията до 30.10.2020г. и запозна членовете на комисията с нейното съдържание.

6. Относно техническото предложение на „Елта 90М” ООД за обособени позиции №№ 23, 24, 30, 31 и 35;

За обособена позиция № 23- Ултразвуков хомогенизатор

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя

4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 23, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 23 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Елта 90М”ООД по обособена позиция № 23 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Елта 90М” ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 23.

За обособена позиция № 24- СО₂ инкубатор

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 24, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 24 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Елта 90М”ООД по обособена позиция № 24 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Елта 90М” ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 24.

За обособена позиция № 30- Аналитична везна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 30, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен

срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 30 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 30 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал Аналитична везна с максимално тегло на пробата 152 гр. вместо изискваното от Възложителя максимално тегло на пробата 200 гр.

Комисията установи, че техническото предложение на „Елта 90М”ООД и приложенията към него по обособена позиция № 30 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 30 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „Елта 90М”ООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 30.

За обособена позиция № 31- Течен хроматограф

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 31, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 31 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 31 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал течен хроматограф с помпа с максимално налягане 6000 psi, с автоинжектор с ефект на нежелан пренос (carryover) - $< 0,005\%$, с Photodiode Array Detector с шум на базовата линия – 2×10^{-5} AU и аналитични проточни клетки с оптичен път 3 mm и обем до 5 ml, вместо изисквания от Възложителя течен хроматограф с помпа с максимално налягане 9000 psi, с автоинжектор с ефект на нежелан пренос (carryover) - $< 0,004\%$, с Photodiode Array Detector с шум на базовата линия – 3×10^{-6} AU и аналитични проточни клетки с оптичен път 2,1 mm и обем до 5 ml.

Комисията установи, че техническото предложение на „Елта 90М”ООД и приложенията към него по обособена позиция № 31 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 31 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „Елта 90М”ООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 31.

За обособена позиция № 35- Апарат за повърхностен плазмонен резонанс

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)

3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 35, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 35 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Елта 90М”ООД по обособена позиция № 35 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Елта 90М” ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 35.

7. Относно техническото предложение на „ЛабТрейд ВиА” ООД за обособени позиции №№ 10, 12 и 35

За обособена позиция № 10- Електромеханична бъркалка със статив

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 10, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 10 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ЛабТрейд ВиА”ООД по обособена позиция № 10 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ЛабТрейд ВиА”ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 10.

За обособена позиция № 12- Прецизна везна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 12, участникът е посочил срок

за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 12 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ЛабТрейд ВиА”ООД по обособена позиция № 12 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ЛабТрейд ВиА”ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 12.

За обособена позиция № 35- Апарат за повърхностен плазмонен резонанс

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 35, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 35 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 35 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал апарат за повърхностен плазмонен резонанс с обем на инжектора до 500 µl, минимално количество проба 100 µl и минимален инжектиран обем 50 µl, вместо изисквания от Възложителя обем на инжектора 5 – 100 µl. Офериран е температурен обхват от 7°C под стайната температура до 20°C над стайната температура. От начина на записване не е ясно какъв е температурният обхват и дали съответства на изисквания от Възложителя температурен обхват 10 - 40°C. Участникът не е оторизиран от производителя за сервиз на оферирания апарат.

Комисията установи, че техническото предложение на „ЛабТрейд ВиА”ООД и приложенията към него по обособена позиция № 35 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 35 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „ЛабТрейд ВиА”ООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 35.

8. Относно техническото предложение на „Данс Фарма”ЕООД за обособена позиция № 33- Тензиометър

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя

4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула

5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 33, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 33 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Данс Фарма”ЕООД по обособена позиция № 33 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Данс Фарма”ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 33.

9. Относно техническото предложение на „Лабприм” ЕООД за обособени позиции №№ 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18 и 19

За обособена позиция № 2 – Климатична камера за провеждане на тестове за стабилност в съответствие с ІСН директива Q1А

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 2, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 2 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД по обособена позиция № 2 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабприм” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 3- Диспергатор (хомогенизатор) за големи обеми тип Ултрауракс или еквивалентен, окомплектован с два диспергиращи елемента, стойка и клампа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула

5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 3, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 3 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД по обособена позиция № 3 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабприм” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 3.

За обособена позиция № 9- Бъркалка електромагнитна с нагриване

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 9, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 9 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД по обособена позиция № 9 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабприм” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 9.

За обособена позиция № 10- Електромеханична бъркалка със статив

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 10, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 10 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 10 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

В таблица за техническо съответствие по артикули (образец № 2а) участникът е отбелязал пълно съответствие на техническата спецификация на предложената електро-механична бъркалка, но от приложената брошура е видно, че патронникът за пропелер е с максимален диаметър 8 mm, вместо изисквания от Възложителя патронник, позволяващ захват на пропелер с диаметър 0,5-10 mm.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 10 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 10 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „Лабприм” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 10.

За обособена позиция № 11- Колбогрейка

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 11, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 11 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД по обособена позиция № 11 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабприм” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11.

За обособена позиция № 17- Диспергатор (хомогенизатор) тип Ултратуракс или еквивалентен, окомплектован с два диспергиращи елемента, стойка и клампа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 17, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е

гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 17 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД по обособена позиция № 17 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабприм” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 17.

За обособена позиция № 18- Химически устойчива мембранна (диафрагменна) вакуум помпа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 18, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 55 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 18 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД по обособена позиция № 18 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабприм” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 18.

За обособена позиция № 19- Лиофилизатор подходящ за работа с органични разтворители

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя, за артикула, за който се изисква
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикулите
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 19, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 19 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложените от участника артикули отговарят на техническата спецификация на

Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабприм” ЕООД по обособена позиция № 19 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабприм” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 19.

10. Относно техническото предложение на „РСР” ЕООД за обособени позиции №№ 2, 4, 9, 10, 12, 20, 22, 24, 29 и 30

За обособена позиция № 2 – Климатична камера за провеждане на тестове за стабилност в съответствие с ICH директива Q1A

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 2, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 2 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР” ЕООД по обособена позиция № 2 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „РСР” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 4- Микроскоп с поляризация и цветна цифрова камера

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 4, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 4 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР” ЕООД по обособена позиция № 4 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и

допуска участника „РСР“ ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 4.

За обособена позиция № 9- Бъркалка електромагнитна с нагряване

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 9, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 9 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 9 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

В таблица за техническо съответствие по артикули (образец № 2а) участникът е отбелязал пълно съответствие на техническата спецификация на предложената електро-магнитна бъркалка с нагряване с изискванията на Възложителя. След проверка на приложените брошури беше констатирано, че офериранията бъркалка е с максимална температура на загряване 370°C, вместо изискваната от Възложителя максимална температура на загряване ≥ 380 °C.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР“ ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 9 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 9 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани участника „РСР“ ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 9.

За обособена позиция № 10- Електромеханична бъркалка със статив

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 10, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 10 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР“ ЕООД по обособена

позиция № 10 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „РСР“ ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 10.

За обособена позиция № 12- Прецизна взна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 12, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 12 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР“ ЕООД по обособена позиция № 12 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „РСР“ ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 12.

За обособена позиция № 20- Система за дигитално микроскопско обучение (дигитална микроскопска класна стая)

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя, за артикулите за които се изисква
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула, за артикулите за които се изисква
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 20, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 20 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложените от участника артикули отговарят на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР“ ЕООД по обособена позиция № 20 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „РСР“ ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 20.

За обособена позиция № 22- Високоскоростна микро центрофуга, окомплектована с ъглов ротор

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2a)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 22, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 22 (образец № 2a), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР” ЕООД по обособена позиция № 22 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „РСР” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 22.

За обособена позиция № 24- CO₂ инкубатор

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2a)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 24, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 24 (образец № 2a), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 24 (образец № 2a), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал CO₂ инкубатор с възстановяване на CO₂ 5 min, температура от 6°C над стайната до 50°C и микропроцесорен двуканален контролер на CO₂ и температура, вместо изискваните от Възложителя възстановяване на CO₂ до 3 min, температура от +5 до +50°C и микропроцесорен PID контрол на CO₂ и температура. Вратата няма възможност за обръщане, каквото е изискването на Възложителя, а се поръчва с ляво или дясно отваряне. В приложената брошура липсва информация за материалите на вътрешната повърхност и изолацията, както и за нагряване - ДНА метод, осигуряващ стабилност на температурата.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР” ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 24 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по

обособена позиция № 24 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „РСР” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 24.

За обособена позиция № 29- Дестилатор степен

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 29, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 29 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 29 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал степен дестилатор с външни размери 620x330x460 mm, вместо изискваните от Възложителя 410x260x565 mm. Мястото за поставяне на дестилатора е ограничено и посочените в техническата спецификация размери са задължителни.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР” ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 29 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 29 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „РСР” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 29.

За обособена позиция № 30- Аналитична везна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 30, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 58 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 30 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „РСР” ЕООД по обособена позиция № 30 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и

допуска участника „РСР“ ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 30.

11. Относно техническото предложение на „Метром България“ ЕООД за обособени позиции №№ 32 и 35

За обособена позиция № 32- рН-метър

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 32, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 36 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 32 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Метром България“ ЕООД по обособена позиция № 32 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Метром България“ ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 32.

За обособена позиция № 35- Апарат за повърхностен плазмонен резонанс

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 35, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 35 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 35 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал апарат за повърхностен плазмонен резонанс с обем на инжектора 20 – 150 µl, вместо изисквания от Възложителя обем на инжектора 5 – 100 µl. Участникът е декларирал температурен обхват 10 - 40°C, който отговаря на изискванията на Възложителя, но в приложената брошура и в интернет страницата на производителя липсва информация за температурния обхват.

Комисията установи, че техническото предложение на „Метром България“ ЕООД и

приложенията към него по обособена позиция № 35 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 35 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани участника „Метром България“ ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 35.

12. Относно техническото предложение на „АСМ2“ ЕООД за обособена позиция № 31- Течен хроматограф

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 31, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 31 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „АСМ2“ ЕООД по обособена позиция № 31 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „АСМ2“ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 31.

13. Относно техническото предложение на „Агролабтех Консулт“ ЕООД за обособени позиции №№ 5, 9, 10, 11, 21, 27 и 30

За обособена позиция № 5- Термостатна водна баня

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 5, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 5 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 5 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал термостатна водна баня с диаметър на гнездата 90 mm, вместо

изисквания от Възложителя диаметър на гнездата: 90-120 mm.

Комисията установи, че техническото предложение на „Агролабтех Консулт” ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 5 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 5 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „Агролабтех Консулт” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 5.

За обособена позиция № 9- Бъркалка електромагнитна с нагряване

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 9, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 9 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Агролабтех Консулт” ЕООД по обособена позиция № 9 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Агролабтех Консулт” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 9.

За обособена позиция № 10- Електромеханична бъркалка със статив

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 10, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 10 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Агролабтех Консулт” ЕООД по обособена позиция № 10 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Агролабтех Консулт” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 10.

За обособена позиция № 11- Колбогрейка

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 11, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 11 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Агролабтех Консулт” ЕООД по обособена позиция № 11 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Агролабтех Консулт” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11.

За обособена позиция № 21- Вертикален автоклав с микропроцесорен контрол

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 21, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 21 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Агролабтех Консулт” ЕООД по обособена позиция № 21 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Агролабтех Консулт” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 21.

За обособена позиция № 27- Водна баня

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула

5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 27, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 27 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 27 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал водна баня с размер на контейнера 420/180/180 (420/120/120 мм по брошура на сайта на производителя), температурен диапазон от стайна температура до 100°C и две сигнални лампи – за температура и аларма, вместо изискваните от Възложителя размер на контейнера 240/210/140, температурен диапазон от +10°C до 100°C и сигнални лампи за ток, аларма и нагряване. Корпусът на оферираната водна баня не е от неръждаема стомана, каквото е изискването на Възложителя.

Комисията установи, че техническото предложение на „Агролабтех Консулт” ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 27 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 27 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „Агролабтех Консулт” ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 27.

За обособена позиция № 30- Аналитична везна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 30, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 30 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Агролабтех Консулт” ЕООД по обособена позиция № 30 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Агролабтех Консулт” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 30.

14. Относно техническото предложение на „Ридаком” ЕООД за обособени позиции №№ 10, 12, 14, 18, 21, 27, 28, 29 и 30

За обособена позиция № 10- Електромеханична бъркалка със статив

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 10, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 10 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком”ЕООД по обособена позиция № 10 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Ридаком” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 10.

За обособена позиция № 12- Прецизна везна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 12, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 12 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком”ЕООД по обособена позиция № 12 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Ридаком” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 12.

За обособена позиция № 14- Комплект 1-позиционна вакуум филтрационна система + смукателна колба + вакуум помпа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 14, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 14 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком”ЕООД по обособена позиция № 14 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Ридаком” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 14.

За обособена позиция № 18- Химически устойчива мембранна (диафрагменна) вакуум помпа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 18, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 18 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком”ЕООД по обособена позиция № 18 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Ридаком” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 18.

За обособена позиция № 21- Вертикален автоклав с микропроцесорен контрол

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 21, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо

съответствие по артикули по обособена позиция № 21 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком”ЕООД по обособена позиция № 21 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Ридаком” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 21.

За обособена позиция № 27- Водна баня

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 27, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 27 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 27 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал водна баня с размер на контейнера 240/300/145, вместо изисквания от Възложителя размер на контейнера 240/210/140. Декларирал е температурен диапазон от +5°С до 100°С, но при проверка в представената брошура беше установено, че температурният диапазон е от +5°С над стайната температура до 100°С, вместо изисквания от Възложителя диапазон от +10°С до 100°С. Корпусът на оферираната водна баня не е от неръждаема стомана, каквото е изискването на Възложителя. Участникът е декларирал съответствие, но в представената брошура липсва информация за сигнални лампи за ток, аларма и нагриване.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком”ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 27 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 27 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП да отстрани участника „Ридаком”ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 27.

За обособена позиция № 28- Лабораторна аспирационна система

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 28, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е

гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 28 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком” ЕООД по обособена позиция № 28 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Ридаком” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 28.

За обособена позиция № 29- Дестилатор степен

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 29, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 29 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком” ЕООД по обособена позиция № 29 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Ридаком” ЕООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 29.

За обособена позиция № 30- Аналитична везна

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 30, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 30 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 30 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира

следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

Участникът е оферирал аналитична везна с възпроизводимост sd: 0,0002 mg (в действителност 0,0002 g) и линейност : 0,0003 g, вместо изискваните от Възложителя възпроизводимост sd: 0,1 mg и линейност : 0,2 mg.

Комисията установи, че техническото предложение на „Ридаком”ЕООД и приложенията към него по обособена позиция № 30 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 30 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.,,а” от ЗОП да отстрани участника „Ридаком”ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 30.

15. Относно техническото предложение на „ФОТ” ООД за обособени позиции №№ 2 и 11

За обособена позиция № 2 – Климатична камера за провеждане на тестове за стабилност в съответствие с ICH директива Q1A

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 2, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 2 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

При разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 2 (образец № 2а), заедно със становището на експертите, комисията констатира следните несъответствия със изискванията на Възложителя:

В Таблица за съответствие по артикули Образец №2а участникът е декларирал пълно съответствие на техническите характеристики на оферирана климатична камера с изискваните в техническата спецификация на възложителя, включително и някои по-добри. При проверка на приложената брошура и в интернет страницата на производителя беше констатирано следното:

- максималното натоварване на един рафт е 20 kg, вместо изискваното максимално натоварване на един рафт: не по-малко от 25 kg;
- резолюция на обхвата на влага 0,5%rH, вместо изискваната резолюция 0,1%rH;
- липсва информация за:
 - вариации на влагата при 25°C и 60%rH: не по-вече от ±1.5%rH;
 - възстановяване на влагата след отваряна на вратата за 30 сек. до 40°C и 75%rH: не по-вече от 11 минути;
 - температурни вариации при 40°C: ±0.3K
 - температурни флуктоации: ±0.1K;
 - температурни вариации при 40°C и 75%rH: ±0.3K;
 - температурни флуктоации при 40°C и 75%rH: ±0.1K.

Комисията установи, че техническото предложение на „ФОТ”ООД и приложенията към него по обособена позиция № 2 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по

обособена позиция № 2 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.,а” от ЗОП да отстрани участника „ФОТ” ООД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 11- Колбогрейка

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 11, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 11 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „ФОТ” ООД по обособена позиция № 11 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „ФОТ” ООД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11.

16. Относно техническото предложение на „Лабимекс” АД за обособени позиции №№ 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 34

За обособена позиция № 2 – Климатична камера за провеждане на тестове за стабилност в съответствие с ICH директива Q1A

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 2, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 2 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 2 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 3- Диспергатор (хомогенизатор) за големи обеми тип Ултратуракс или еквивалентен, окомплектован с два диспергиращи елемента, стойка и клампа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 3, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията установи, че участника не е оторизиран от производителя за извършването на сервиз, каквото е изискването на Възложителя. Видно от текста на представеното оторизационно писмо от производителя на английски език, е че участника не е оторизиран за сервиз, което се различава от приложения превод на български език.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД и приложенията към него по обособена позиция № 3 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 3 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.,„а” от ЗОП да отстрани участника „Лабимекс” АД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3.

За обособена позиция № 9- Бъркалка електромагнитна с нагряване

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 9, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 9 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 9 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 9.

За обособена позиция № 10- Електромеханична бъркалка със статив

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)

2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 10, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 10 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 10 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 10.

За обособена позиция № 11- Колбогрейка

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 11, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 11 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 11 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11.

За обособена позиция № 14- Комплект 1-позиционна вакуум филтрационна система + смукателна колба + вакуум помпа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 14, участникът е посочил срок

за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 14 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 14 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 14.

За обособена позиция № 15- Автоматичен апарат за определяне точка на топене

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 15, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 15 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 15 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 15.

За обособена позиция № 16- Вакуумна система, 20 L/min, 2 МВаг

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 16, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 16 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 16 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 16.

За обособена позиция № 17- Диспергатор (хомогенизатор) тип Ултратуракс или еквивалентен, окомплектован с два диспергиращи елемента, стойка и клампа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 17, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията установи, че участника не е оторизиран от производителя за извършването на сервиз, каквото е изискването на Възложителя. Видно от текста на представеното оторизационно писмо от производителя на английски език, е че участника не е оторизиран за сервиз, което се различава от приложения превод на български език.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД и приложенията към него по обособена позиция № 17 не отговарят на изискванията на Възложителя и реши да не допусне участника до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № 17 и предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.,а” от ЗОП да отстрани участника „Лабимекс” АД от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 17.

За обособена позиция № 18- Химически устойчива мембранна (диафрагменна) вакуум помпа

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 18, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 18 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 18 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и

допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 18.

За обособена позиция № 21- Вертикален автоклав с микропроцесорен контрол

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 21, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 21 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 21 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 21.

За обособена позиция № 22- Високоскоростна микро центрофуга, окомплектована с ъглов ротор

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 22, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 22 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 22 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 22.

За обособена позиция № 23- Ултразвуков хомогенизатор

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)

2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 23, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 23 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 23 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 23.

За обособена позиция № 26- Лабораторен инвертен микроскоп

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 26, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 26 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 26 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 26.

За обособена позиция № 27- Водна баня

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 27, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от

Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 27 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 27 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 27.

За обособена позиция № 28- Лабораторна аспирационна система

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 28, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 28 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 28 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 28.

За обособена позиция № 29- Дестилатор степен

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 29, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 29 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на

Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 29 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 29.

За обособена позиция № 34- Ротационен вакуум изпарител

Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение (по Образец № 2)
2. Таблица за техническо съответствие по артикули (по Образец № 2а)
3. Оторизация от производителя
4. Декларация за съответствие /СЕ марка/ на артикула
5. Извадки от фирмени брошури/ каталози, заверени с подпис и печат на участника на всяка страница.

В техническото си предложение по обособена позиция № 34, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, който отговаря на изисквания от Възложителя срок - не повече от 60 календарни дни от сключване на договора. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца, който отговаря на изискването на Възложителя за гаранционен срок не по-малък от 24 месеца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на таблицата за техническо съответствие по артикули по обособена позиция № 34 (образец № 2а), приложените извадки от фирмени брошури/ каталози заедно със становището на експертите в комисията.

Предложеният от участника артикул отговаря на техническата спецификация на Възложителя и съгласно становището на експертите в комисията.

Комисията установи, че техническото предложение на „Лабимекс” АД по обособена позиция № 34 и приложенията към него отговарят на изискванията на Възложителя и допуска участника „Лабимекс” АД до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 34.

С писма от изх.№ 3147/24.09.20г. до изх.№ 3163/24.09.20г. Възложителят поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до 01.02.2021г.Срокът в който участниците следваше да депозират декларации за удължаване срока на валидност е до 30.09.20г. Писмата са изпратени до всички участници на 25.09.20г. по имейл,подписани с електронен подпис. Всички участници са удължили срока на валидност на офертата си в указания от Възложителя срок.

В резултат на горните констатации и взетите решения, комисията допуска до отваряне и разглеждане на пликове „Предлагани ценови параметри” следните участници по обособени позиции, както следва:

- „ГЕЯ-99-ТЕСТ” ООД по обособени позиции №№ 5, 9 и 11;
- „Лабтех” ЕООД по обособени позиции №№ 7, 8, 17, 18, 21 и 28;
- „ГРИН БГ” ООД по обособени позиции №№ 9 и 11;
- „Лабко” ЕООД по обособена позиция № 25;
- „МТИ” ООД по обособени позиции №№ 22 и 30;
- „Елта 90М” ООД по обособени позиции №№ 23, 24 и 35;
- „ЛабТрейд ВиА” ООД по обособени позиции №№ 10 и 12;
- „Данс Фарма” ЕООД по обособена позиция № 33;
- „Лабприм” ЕООД по обособени позиции №№ 2, 3, 9, 11, 17, 18 и 19;
- „РСР” ЕООД по обособени позиции №№ 2, 4, 10, 12, 20, 22 и 30;
- „Метром България” ЕООД по обособена позиция № 32;
- „АСМ2” ЕООД по обособена позиция № 31;
- „Агролабтех Консулт” ЕООД по обособени позиции №№ 9, 10, 11, 21 и 30;
- „Ридаком” ЕООД по обособени позиции №№ 10, 12, 14, 18, 21, 28 и 29;
- „ФОТ” ООД по обособена позиция № 11;

- „Лабимекс” АД по обособени позиции №№ 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16,18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 34.

С това комисията приключи своята работа и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП определи дата и час за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници – 06.10.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в Ректората на Медицински университет – София, на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ № 15, ет. 12, зала № 6, сградата на Национален център по общественото здраве и анализи /НЦОЗА/, за което ще предприеме действия за уведомяване на участниците в процедурата, чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача към електронното досие на процедурата.

Настоящият протокол се изготви и подписа на 30.09.2020г.

За верността на гореизложеното, комисията се подписа, както следва:

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Ирини Дойчинова, дхн.

ЧЛЕНОВЕ: 1. Доц. Параскев Недялков, дф.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

2. Гл. ас. Явор Митков.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

3. Марта Генсузова.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

4. Христина Бешева.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

5. Боряна Апостолова.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

6. инж. Бойко Колев.