

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Периодична доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика, необходими за обучението на студенти и лекари специализанти през 2015/2016 година по 5 обособени позиции, както следва: 1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност, 2. Антибиотични дискове (картриджи x 50 диска) и реактиви, 3. Сухи хранителни среди и тестове, 4. Хранителни среди и тестове към фирмена диагностична апаратура (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА) - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ „БАКТЕК“ на производител фирма Бектон Дикинсън) и 5. Пособия към хранителни среди за еднократна употреба.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания по горесцитираната процедура на основание чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОСИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Пособия към хранителни среди за еднократна употреба“:

По т.3 „Тампони 170 мм., стерилни (1000 анаер.)“

1. Това максималната дължина на тампоните ли е и могат ли да бъдат оферирани такива с дължина 150 мм?
2. Какво се има предвид с (1000 анаер.) в същата т.3?

ОТГОВОР:

1. Тампоните могат да бъдат и 150 мм, но не по-къси. Задължително трябва да са индивидуално опаковани и стерилни.
2. 1000 анаер. е наше означение – това е необходимия брой за анаеробна лаборатория.

РЕКТОР:

/акад.проф.д-р ВАНЬО МИТЕВ, дм, дбн/

МГ/БА

