

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 9050213 в АОП с предмет „Доставка на системи за дентална цифрова рентгенография за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, включваща – монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала”.

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горесцитираната публична покана на основание чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки, предоставям следните разяснения:

**Въпрос № 1:** Техническа грешка ли е размера 5 x 7 см на плаките?

**Отговор на въпрос № 1:** Възложителят не е допуснал техническа грешка в размера 5 x 7 см на плаките и потвърждава този размер.

**Въпрос № 2:** Броят на полиетиленовите пликосе с размер 3 x 4 см за една окомплектовка ли се отнася или за двете общо?

**Отговор на въпрос № 2:** Възложителят е имал предвид, че броя на полиетиленовите пликосе се отнася общо за двете системи. В спецификацията обаче е допусната грешка при посочването на бройките полиетиленови пликосе за този размер плаки като в спецификацията са посочени 30 000 бр, вместо 1000 бр. Отстраняването на тази грешка би променило спецификацията.

Публичната покана ще бъде оттеглена.

РЕКТОР:

/Акад.проф.д-р **ВАНЬО МИТЕВ**, дм, дбн/

МГ/ХБ

