

УТВЪРДИЛ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ Акад.проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн/

/дата на утвърждаване...19.05.2015.../

ПРОТОКОЛ

Днес 29.04.2015 г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Людмила Георгиева – катедра „Медицинска микробиология“
Медицински факултет при МУ-София

Членове: 1. Боряна Апостолова – експерт в отдел „ОП“ при Ректората на МУ-София
2. Христина Бешева – юрисконсулт в отдел „ОП“ при Ректората на МУ-

София

назначена със Заповед № РК 36-665/16.04.2015 г. се събра да получи, отвори, разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на обществена поръчка по чл.101а, чрез публична покана с предмет: „ Доставка на ¹³C – дихателен тест анализатор с инфрачервен спектрометър за нуждите на Предклиничен университетски център, Катедра по медицинска микробиология при Медицински факултет на Медицински университет-София, включваща – монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала. ”

Комисията получи подадените 2 /два/ броя оферти от длъжностното лице, водещо регистъра по входящи номера и фирми, както следва:

1. Оферта с вх.№1/28.04.2015 г., подадена от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД
2. Оферта с вх.№ 2/28.04.2015 г., подадена от „ Аквахим“ АД

Офертите бяха подадени в посочения от Възложителя в публичната покана срок в запечатани, непрозрачни пликове.

След като получиха офертите и се запознаха с имената на участниците, подали оферти, членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП, съгласно изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП.

Публичната покана е с уникален код 9040838 в АОП и същата бе публикувана на 16.04.2015 г. на портала за Обществени поръчки и едновременно с това публикувана в „Профил на купувача“ на МУ-София, на електронен адрес: <http://pk.mu-sofia.bg/>, рубрика "Публични покани", заедно с приложенията към нея.

Публичната покана бе публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 16.04.2015 г. до 28.04.2015 г. Срокът за получаване на офертите бе до 16.30 ч. на 28.04.2015 г.

Комисията приема, че всички заинтересовани лица са имали възможност да подадат оферти в определения за това срок.

Съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

На обявената в публичната покана дата за отваряне на офертите /29.04.2015 г.-14.00 ч./ - не присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Независимо от това, че на отварянето на офертите нямаше външни лица, председателят на комисията отвори офертите и оповести ценовите предложения както следва:

Оферта вх.№	Участник	Предлагана цена без ДДС /лв./
1	„МТИ“ ООД	47 980.00 лв.
2	„Аквахим“ АД	43 880.00 лв.

Поради липса на участници или техни упълномощени представители в деня на отварянето на офертите не бе спазено изискването на чл.101г, ал.3 от ЗОП – по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения.

След оповестяване на ценовите предложения, председателят на комисията закри заседанието.

На 07.05.2015 г. комисията се събра и продължи своята работа.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване. Подробно бяха разгледани приложените към офертата документи, като същите бяха сравнени с изискванията на Възложителя, както следва:

1. Оферта с вх.№ 1/28.04.2015 г., подадена от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД.

Участникът е представил следните документи:

- Списък на представените документи-оригинал, подпис и печат на участника;
- Представяне на участника по смисъла на чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП /Образец №1/, подпис и печат на участника;
- Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията – нотариално заверено копие;
- Декларация за ЕИК на фирма „МТИ“ ООД;
- Удостоверение по БУЛСТАТ - заверено копие с подпис и печат от участника;
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС - заверено копие с подпис и печат от участника;
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора , съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП/ Образец № 2/, подпис и печат на участника;
- Декларация за наличие на собствена сервизна база – подпис и печат от участника;
- Сертификат за преминал курс на обучение от сервизен инженер на „МТИ“ ООД във фирмата-производител – подпис и печат на участника /2 екземпляра-на бъл.език и на англ.език/;
- Декларация /списък на сервизните специалисти/, които ще извършват сервизна поддръжка на предлагания апарат- подпис и печат от участника;
- Сертификат ISO 9001:2008 на фирмата производител на предлагания апарат- заверено копие с подпис и печат от участника;

- Сертификат ISO 9001:2008 на участника „МТИ“ ООД- заверено копие с подпис и печат от участника;
- СЕ-марка на предлагания апарат - заверено копие с подпис и печат от участника;
- Извадки от фирмена брошура на производителя: Fischer Analysen Instrumente GmbH и технически данни на предложения апарат, подпис и печат на всяка страница от участника;
- Декларация за възможност за осъществяване на следгаранционно възмездно обслужване - /Образец № 5/- подпис и печат от участника;
- Техническо предложение / Приложение № 2/, подпис и печат на участника на всяка страница. Участникът предлага:
 - Срок за изпълнение – 89 календарни дни от датата на подписване на договора /съгласно офертата на участника/;
 - Гаранционен срок – 13 месеца от датата на пускане в експлоатация /съгласно офертата на участника/;
 - Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни /не по-малко от 90 календарни дни/, считано от крайната дата за получаване на офертите;
- Таблица за техническо съответствие /Приложение №2а/ - попълнена и заверена с подпис и печат от участника;
- Декларация за съответствие на предлагания апарат с изискванията на възложителя /Образец №3/ - подпис и печат от участника;
- Декларация за осъществяване на гаранционно обслужване и реагиране при отстраняване на възникнали повреди в периода на гаранционното обслужване– /Образец № 4/ - подпис и печат на участника;
- Ценово предложение / Приложение № 3/, подпис и печат на участника на всяка страница;
- Проектно-договор /Приложение №4/, подпис и печат на всяка страница;
- Нотариално заверено пълномощно от Управителя на „МТИ“ ООД;
- Декларация от участника, че ще предостави при доставка на апарата - инструкции за употреба на български език ако бъде избран за изпълнител, подпис и печат на участника;
- Декларация от участника, че ще осигури обучение на персонала за работа с апарата, с продължителност на обучението, съобразен с особеностите на апарата, ако бъде избран за изпълнител, подпис и печат на участника;

Комисията направи справка за актуалното състояние на „МТИ“ ООД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Направената разпечатка е приложена към офертата на участника.

След разглеждане на офертата, комисията установи, че същата отговаря напълно на изискванията на Възложителя, както по отношение на търговско-правния статут, така и по отношение на минималните изисквания за съдържание на офертата и техническо предложение.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение и не установи аритметична грешка при изчисляването на количеството по единичната цена и общата стойност без ДДС и с ДДС. Участникът се е съобразил с посочения финансов лимит за изпълнение на поръчката, който е 48 000,00 лв. без ДДС. Участникът е предложил цена за изпълнение в размер на 47 980,00 лв. без ДДС.

Комисията реши да допусне офертата на „МТИ“ ООД до класиране.

2. **Оферта с вх.№ 2/28.04.2015 г., подадена от „Аквахим“ АД.**

Участника е представил следните документи:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата-оригинал, подпис и печат на участника;
- Представяне на участника по смисъла на чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП /Образец №1/, подпис и печат на участника;
- Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията – заверено копие с подпис и печат от участника;
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС - заверено копие с подпис и печат от участника;
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора , съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП/ Образец № 2/, подпис и печат на участника;
- Декларация за наличие на собствена сервизна база – подпис и печат от участника;
- Сертификат за преминал курс на обучение от сервизен инженер на „Аквахим“ АД в сервиз на фирмата-производител – подпис и печат на участника /2 екземпляра- на бъл.език и на англ.език/;
- Декларация / списък на сервизните специалисти/, които ще извършват сервизна поддръжка на предлагания апарат- подпис и печат от участника;
- Сертификат GMP на фирмата производител - заверени копия с подпис и печат от участника;
- Сертификат ISO 9001:2008 на участника „Аквахим“ АД- заверено копие с подпис и печат от участника;
- СЕ-марка на предлагания апарат - заверено копие с подпис и печат от участника;
- Извадки от фирмена брошура на производителя: DAN-Pharma GmbH и технически данни на предложения апарат, подпис и печат на всяка страница от участника;
- Декларация за възможност за осъществяване на следгаранционно възмездно обслужване - /Образец № 5/- заверено копие с подпис и печат от участника;
- Декларация от участника, че ще предостави при доставка на апарата - инструкции за употреба на български език ако бъде избран за изпълнител, подпис и печат на участника;
- Декларация от участника, че ще осигури обучение на персонала за работа с апарата, с продължителност на обучението, съобразен с особеностите на апарата, ако бъде избран за изпълнител, подпис и печат на участника;
- Техническо предложение / Приложение № 2/, подпис и печат на участника на всяка страница. Участникът предлага:
 - Срок за изпълнение – 90 календарни дни от датата на подписване на договора /съгласно офертата на участника/;
 - Гаранционен срок – 12 месеца от датата на пускане в експлоатация /съгласно офертата на участника/;
 - Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни /не по-малко от 90 календарни дни/, считано от крайната дата за получаване на офертите;
- Таблица за техническо съответствие /Приложение №2а/ - попълнена и заверена с подпис и печат от участника;
- Декларация за съответствие на предлагания апарат с изискванията на възложителя /Образец №3/ - подпис и печат от участника;
- Декларация за осъществяване на гаранционно обслужване и реагиране при отстраняване на възникнали повреди в периода на гаранционното обслужване– /Образец № 4/ - подпис и печат на участника;
- Нотариално заверено пълномощно от Управителя на „Аквахим“ АД.

- Ценово предложение / Приложение № 3/, поставено в отделен плик, подпис и печат на участника на всяка страница;

След разглеждане на офертата, комисията установи, че същата **не отговаря** на изискванията на Възложителя по отношение на документите относно търговско-правния статут:

Съгласно условията на Възложителя, заложи в т.8 от документацията – участника да представи - валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя за производство на медицинско оборудване и апаратура или еквивалентни мерки за доказване на качеството – заверено от участника копие. Комисията разгледа приложения сертификат GMP на производителя DAN-Pharma GmbH. При разглеждане на сертификата не е видно, обхвата на прилагането му, в частта на изискването на Възложителя, а именно производство на медицинско оборудване и апаратура. Няма и данни, от които да е става ясно, че сертифициращия орган, удостоверява производителя DAN-Pharma GmbH, че е внедрила и прилага система за управление на качеството в цитирания по-горе обхват. В приложения превод на сертификата е цитирано: Сертификат GMP – съответствие на фармацевтична лаборатория, според §14 (4) от Немския закон за лекарствата. Сертификатът удостоверява, че компанията DAN-Pharma GmbH, чиято лаборатория е одобрена според §14 да извършва тестване на качеството на лекарствени продукти за хуманна употреба. Одобрението обхваща следните изпитвания и анализи – област на дейност: тестване на лекарствени продукти и суровини за идентичност, чистота и анализ по химични и физични методи и др.

Комисията не приема приложения в офертата на участника Сертификат GMP на производителя за еквивалентен или еквивалентни мерки за доказване на качеството. Същият не отговаря на изискванията на Възложителя – сертификата да е с обхват в областта на медицинското оборудване и апаратура.

Комисията констатира също така, че офертата на „Аквахим“ АД **не отговаря** на изискванията на Възложителя по отношение на заложените от него технически характеристики. Изискване на Възложителя е да има повтаряемост на прицелна стойност (Delta): $\pm 0.36\%$. В таблицата за техническо съответствие /Приложение №2а/, участника е потвърдил с „да“ този параметър (т.е. съответства на изискванията на Възложителя), като е посочил в таблицата, че описание на цитирания параметър можем да намерим на стр.3. В приложената извадка на фирмата-производител - DAN-Pharma GmbH - стр.3, цитирания параметър е с показания – т.2.2.6 Repeatability of Delta value +/- 0.36%. Друго изискване на Възложителя е да има възпроизводимост на прицелна стойност (Delta): $\pm 0.41\%$. В таблицата за техническо съответствие /Приложение №2а/, участника е потвърдил отново с „да“ този параметър (т.е. съответства на изискванията на Възложителя), като е посочил в таблицата, че описание на цитирания параметър можем да намерим на стр.3. В приложената извадка на фирмата-производител- DAN-Pharma GmbH - стр.3, цитирания параметър е с показания – т.2.2.7 Reproducibility of Delta value: +/-0.41%.

Офертата на „Аквахим“ АД не отговаря на изискванията на Възложителя, както по отношение на търговско-правния статут, така и по отношение на минималните изисквания за съдържание на техническото предложение.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Възложителя, оферта с вх.№2/28.04.2014 г на „Аквахим“ АД да бъде отстранена от участие в обществената поръчка.

Комисията извърши класиране на единствения допуснат участник въз основа на критерия „най-ниска цена“ без ДДС при покриване на всички други изисквания, посочени в публичната покана и приложенията към нея.

I-во място – „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

Комисията предлага на Възложителя да обяви за Изпълнител и да сключи договор за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на ^{13}C – дихателен тест анализатор с инфрачервен спектрометър за нуждите на Предклиничен университетски център, Катедра по медицинска микробиология при Медицински факултет на Медицински университет-София, включваща – монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала ” с класирания на първо място участник:

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

За изготвянето на настоящия протокол са взети предвид и са отразени в него констатациите в становището на експерта в комисията проф. Людмила Георгиева. Това становище е неразделна част от протокола.

Комисията приключи своята работа на 15.05.2015 г.

Съгласно изискванията на чл.101г, ал.4 от ЗОП, настоящия протокол се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профил на купувача.

За верността на гореизложеното, комисията се подписва както следва:

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. Людмила Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:

1.Боряна Апостолова

2. Христина Бешева

СТАНОВИЩЕ

от проф. Людмила Георгиева – катедра «Медицинска микробиология», Медицински факултет при Медицински университет-София - експерт в комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ **Доставка на ^{13}C – дихателен тест анализатор с инфрачервен спектрометър за нуждите на Предклиничен университетски център, Катедра по медицинска микробиология при Медицински факултет на Медицински университет-София, включваща – монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала**”, относно съответствието на подадените оферти с изискванията на Възложителя.

При разглеждане на подадените в офертите на участниците: сертификати, CE марка и посочените производители и модели в извадките от фирмените брошури и каталози, констатирах следното:

1. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД

След запознаване с предложението на участника, считам че същото отговаря на изискванията на Възложителя.

2. «АКВАХИМ» АД

След запознаване и разглеждане предложението на участника, считам че то не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно условията на Възложителя, заложи в т.8 от документацията – участника да представи - валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя за производство на медицинско оборудване и апаратура или еквивалентни мерки за доказване на качеството – заверено от участника копие. Комисията разгледа приложения сертификат GMP на производителя DAN-Pharma GmbH. При разглеждане на сертификата не е видно, обхвата на прилагането му, в частта на изискването на Възложителя, а именно производство на медицинско оборудване и апаратура. Няма и данни, от които да е става ясно, че сертифициращия орган, удостоверява производителя DAN-Pharma GmbH, че е внедрила и прилага система за управление на качеството в цитирания по-горе обхват. В приложения превод на сертификата е цитирано: Сертификат GMP – съответствие на фармацевтична лаборатория, според §14 (4) от Немския закон за лекарствата. Сертификатът удостоверява, че компанията DAN-Pharma GmbH, чиято лаборатория е одобрена според §14 да извършва тестване на качеството на лекарствени продукти за хуманна употреба. Одобрението обхваща следните изпитвания и анализи – област на дейност: тестване на лекарствени продукти и суровини за идентичност, чистота и анализ по химични и физични методи и др.

Не приемам приложения в офертата на участника Сертификат GMP на производителя за еквивалентен или еквивалентни мерки за доказване на качеството. Същият не отговаря на изискванията на Възложителя – сертификата да е с обхват в областта на медицинското оборудване и апаратура.

Считам, че офертата на „Аквахим“ АД не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на заложените от него технически характеристики. Изискване на Възложителя е да има повтаряемост на прицелна стойност (Delta): $\pm 0.36\%$. В таблицата за техническо съответствие /Приложение №2а/, участника е потвърдил с „да“ този параметър (т.е. съответства на изискванията на Възложителя), като е посочил в

таблицата, че описание на цитирания параметър можем да намерим на стр.3. В приложената извадка на фирмата-производител - DAN-Pharma GmbH - стр.3, цитирания параметър е с показания – т.2.2.6 Repeatability of Delta value +/- 0.36%. Друго изискване на Възложителя е да има възпроизводимост на прицелна стойност (Delta): $\pm 0.41\%$. В таблицата за техническо съответствие /Приложение №2а/, участника е потвърдил отново с „да“ този параметър (т.е. съответства на изискванията на Възложителя), като е посочил в таблицата, че описание на цитирания параметър можем да намерим на стр.3. В приложената извадка на фирмата-производител- DAN-Pharma GmbH - стр.3, цитирания параметър е с показания –т.2.2.7 Reproducibility of Delta value: +/-0.41%.

Предвид гореизложеното считам, че офертата на „Аквахим“ АД не отговаря на изискванията на Възложителя, както по отношение на търговско-правния статут, така и по отношение на минималните изисквания за съдържание на техническото предложение на участника и същата трябва да бъде отстранена от участие.

Изготвил становището: _____



проф. Людмила Георгиева